

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցենս-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Controlset RF II	Roche Diagnostics	Precicontrol RF ստուգիչ հեղուկ: Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311 անալիզատորների համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ մակարդակ 1` 2 x 1մլ, մակարդակ 2` 2 x 1մլ/հատ: Նոր Է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2022/15-4-ЕПРЗ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
9			