

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոնոֆարմ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |            |                         |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը    | արտադրողի<br>անվանումը  | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 50                 | BAB-D2204I            | BAB-D2204I          | BAB-D2204I | Boynindustrial<br>CHINA | Ավտոմատ կալիբրվող, Մաքսիմալ<br>թույլատրելի զանգված՝ ոչ պակաս<br>քան 220գ, Ճշտությունը՝ $\pm 0.0001$ գ,<br>Կալիբրում, տարա, միավորի<br>փոփոխություն գործիքների<br>առկայություն, Սնուցում՝ 220V/50Hz,<br>Էկրան՝ LCD, Գծային սխալ՝ $\pm$<br>0.0002գ |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |            |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка      | наименование производителя | технические характеристики   |
| 50         | BAB-D2204I             | BAB-D2204I    | BAB-D2204I | Boynindustrial<br>CHINA    | Ավտոմատ կալիբրվող, Մաքսիմալ թույլատրելի զանգված՝ ոչ պակաս քան 220գ, Ճշտությունը՝ $\pm 0.0001$ գ, Կալիբրում, տարա, միավորի փոփոխություն գործիքների առկայություն, Սնուցում՝ 220V/50Hz, Էկրան՝ LCD, Գծային սխալ՝ $\pm 0.0002$ գ |