ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-26-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
56	Comen	Shenzhen Comen Medical Instruments	Հիվանդների կարդիոմոնիտորինգային համակարգ Համակարգը բաղկացած է՝ Թվով 10 հատ խնամյալի մոնիտորներ; հիվանդների կարդիոմոնիտորինգային համակարգի ծրագրային ապահովման փաթեթ՝ ներառյալ ստացիոնար մոնիտորինգային համակարգչային և շարժական մոնիտորինգային/վերահսկման կայաններ; համապատասխան անխափան սնուցման աղբյուր: Խնամյալի մոնիտոր Խնամյալի մոնիտորը ցուցադրում է սրտագրությունները, չափում է արյան ճնշումը (ոչ ինվազիվ ձևով/NIBP), շնչառության արժեքները, ջերմաստիճանը, թթվածնի հագեցվածությունը զարկերակային արյան մեջ (SpO2) և պուլսի հաճախությունը (HR): Օգտագործվում է հիվանդների մոնիտորինգի համար տեղափոխման ժամանակ՝ մարտկոցների միջոցով, իսկ չափված տեղեկատվությունը հիվանդի վիճակի վերաբերյալ՝ արտացոլվում է էկրանին ալիքի և թվային ցուցանիշների ձևով: Մոնիտորի էկրան Դիսփլեյ՝ գունավոր TFT էկրան, Էկրանի անկյունագիծը 15”, 8 կոր, ինչպես նաև լուսարձակման համար ցուցադրման դաշտեր: Ներկառուցված մարտկոց, գործարկման ժամանակը՝

			3,5 ժամ Բուֆեր. տրենդների ցուցանիշների համար Մոնիտորինգի պարամետրերը ներառում են ՝ ԷՍԳ, RESP, NIBP, SPO2, սրտի զարկերի հաճախականություն, DUAL-TEMP, S-T սեգմենտի և առիթմիայի վերլուծություն Բոլոր պարամետրերի գրաֆիկական և աղյուսակային տրենդներ NIBP, HEART RATE, TEMP, SPO2, RESP, տվյալների պահպանում (300 ժամ) Կենտրոնական մոնիտոր կայանի հետ կապնվելու հնարավորություն ECG Ուղիի ռեժիմը/lead mode/՝ 5 ուղի (R, L, F, N, C կամ RA, LA, LL, RL,V) Ուղիի ընկտրություն /Lead selection/ ՝ I, II, III, avR, avL, avF, V, Ալիքի ձև /Waveform/՝ 2-ալիք Ուղիի ռեժիմը՝ 3 ուղի (R, L, F կամ RA, LA, LL) Ուղիի ընկտրություն՝ I, II, III, Ալիքի ձև՝ 1-ալիք Ուժեղացումը(Gain)՝ x2.5մմ/մՎ, x5.0մմ/մՎ, x10մմ/մՎ, x20մմ/մՎ, ավտո Կալիբրացման ազդանշան՝ 1 mVp-p, ճշգրտությունը ՝ ±5% Սրտի զարկերի չափման և ահազանգի միջակայքը՝ 15-ից 300 զ/րոպե , Ճշգրտությունը ՝ ±2%; Զգայունությունը՝ 200 (uV P-P) Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն՝ 5 MΩ Հոսանքի արտահոսք՝ 10 uA ԷԿԳ ազդանշանի տիրույթ՝ ± 8 mV (Vp-p) ST սեգմենտի մոնիտորինգի տիրույթ՝ Չափում և ազդանշան՝ -2.0 ~+2.0 մՎ ARR հայտնաբերում Տեսակը՝ ASYSTOLE, VFIB/VTAC, COUPLET, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ON T, VT>2, PVC, TACHY, BRADY, MISSED BEATS, PNP , PNC Ազդանշանային ռեժիմ՝ լսելի և տեսողական ազդանշան RESP Մեթոդը՝ R-F (RA-LL) միջև դիմադրություն Դիֆերենցիալ մուտքային դիմադրություն՝ 2,5 MΩ Չափման դիմադրության տիրույթը՝ 0.3~5.0Ω Թողունակությունը՝ 0.3-2.5Հց Չափման և ազդանշանային միջակայքը ՝ Մեծահասակ՝ 0-120 շնչ/րոպե ; Մանուկ/նորածին՝ 0-150 շնչ / րոպե Լուծելիությունը՝ ± 1 շնչ/րոպե Ճշգրտությունը՝ ± 3 շնչ/րոպե Ապնոե ահազանգ՝ 10-40 վրկ SPO2 Թթվածնի հագեցվածություն (SPO2): Չափման միջակայքը՝ 0 - 100% Ճշգրտությունը՝ 70-100%-ի դեպքում՝ ± 3 % Սրտի զարկերի հաճախականությունը՝ 0-250 զարկ/րոպե, ճշգրտությունը՝ ± 3 զարկ/րոպե NIBP Մեթոդը ՝օսկիլոմետրիկ, ռեժիմը՝ձեռքի /ավտոմատ/ STAT, լուծելիությունը՝ 1 մմ սնդ. սյուն Չափման ինտերվալը ավտոմատ ռեժիմում՝ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180,

			240,480 (Րոպե) Չափման ժամանակահատվածը STAT ռեժիմում ՝ 5 րոպե Սրտի զարկերի հաճախականությունը՝ 40 ~ 230 զարկ/րոպե Ազդանշանի տեսակը՝ SYS, DIA, MEAN Չափման և ազդանշանային տիրույթ Մեծահասակների ռեժիմ SYS՝ 40 ~ 270 մմ ս.ս. DIA՝ 10 ~ 215մմ ս.ս. MEAN՝ 20 ~ 235 մմ ս.ս. Մանկական ռեժիմ SYS՝ 40 ~ 200 մմ ս.ս. DIA՝ 10 ~ 150 մմ ս.ս. MEAN՝ 20 ~ 165 մմ ս.ս. Նորածինների ռեժիմ SYS՝ 40 ~ 135 մմ ս.ս. DIA՝ 10 ~ 100 մմ ս.ս. MEAN՝ 20 ~ 110 մմ ս.ս. Ունենա բարձր ճնշման պաշտպանություն. (Մեծահասակ՝ 297 մմ սնդ.ս ; երեխաներ՝ 240 մմ սնդ.ս, նորածիններ՝ 147 մմ.սնդ.ս) Ջերմաստիճան ՝ Չափման և ազդանշանային միջակայքը՝ 0 - 50 ° C, լուծելիությունը՝ 0,1 ° C, ճշգրտությունը ՝ ± 0.1 ° C, Միջին ժամանակի հաստատուն՝ 10 վրկ. Ինվազիվ արյան ճնշման չափում Աքսեսուարներ ԷՍԳ մալուխ՝ 3 ուղիանի NIBP մանժետ մեծահասակների համար Խողովակ NIBP- ի մանժետ համար Հոսանքի լար Մեկանգամյա էլեկտրոդ (5 հատ) SpO2 սենսոր բազմակի օգտագործման Ստանդարտներ. ISO13485 EC Certificate Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Հիվանդների կարդիոմոնիտորինգային համակարգի ծրագրային ապահովման փաթեթ՝ Քանակը՝ 2 հատ Համակարգչային ծրագիր, որը հնարավորություն է տալիս 60 հիվանդի մոնիտորի համար ստեղծել ընդհանուր ցանց՝ տվյալների միաժամանակյա մոնիտորինգի համար՝ արխիվացիայի հնարավորությամբ 1 ամիս չափված տվյալների արխիվացիա/պահպանում Էկրանին միաժամանակ կարող է արտացոլվել 16 հիվանդի ֆիզիոլոգիական տվյալներ Էկրանին միաժամանակ ցուցադրվում է ինչպես մի քանի մոնիտորների ալիքի ձևը և data տվյալների մասին ինֆորմացիան, այնպես նաև ցանկացած մեկ մահճակալի ալիքի ձևերը ու պարամետրերը՝ մանրամասնորեն Երկկողմանի կապի կառավարման գործառույթ՝ հնարավոր է վերահսկել NIBP մեկնարկի/դադարեցման չափման ֆունկցիան Մահճակալի համարի ավտոմատ նույնականացում Ավտոմատ կերպով մոնիտորինգի ալիքի ձևերի և տվյալների պարամետրերի պահպանում Տագնապի հաղորդագրությունների ցուցադրում իրական ժամանակում:

			Էկրանը բաժանված է 2 մասի՝ մեկ հատվածում ցուցադրվում է մի քանի մահճակալից ստացված մոնիտորինգի տվյալներ(պատուհանիկները), իսկ մյուս մասում՝ մեկ մահճակալից ստացված դիտորդական ինտերֆեյսը (հիվանդի պարամետրերի մասին ավելի շատ մանրամասներ պարունակող տեղեկատվություն) Յուրաքանչյուր մոնիտորինգի պատուհանիկը պարունակում է հետևյալ ինֆորմացիան՝ ●մահճակալի համարը ●հիվանդի անունը ●ցանցի կարգավիճակը ՝ միացված / անջատված ●2 իրական ժամանակում ալիքի ձև՝ ԷՍԳ ալիքի ձև (ECG waveform) և զարկերակային ալիքի ձև (pulse waveform) ●հիմնական ֆիզիոլոգիական պարամետրեր՝ պուլսի հաճախությունը (HR) իրական ժամանակում չափման տվյալները, SPO2 իրական ժամանակում չափման տվյալները, T1/T2 իրական ժամանակում չափման տվյալները, առկայության դեպքում ETCO2 /InCO2 իրական ժամանակում չափման տվյալները և NIBP-ի վերջին չափումը ●ֆիզիոլոգիական տագնապի հաղորդագրություն Մեկ մահճակալից ստացված դիտորդական ինտերֆեյս պարունակում է հետևյալ ինֆորմացիան՝ ●մահճակալի համարը ● մոնիտորինգի մեկնարկի ժամանակը ●ֆիզիոլոգիական տվյալի շեղման ահազանգ ● իրական ժամանակում պարամետրի տեղեկատվությունը՝ սրտի հաճախությունը, շնչառության հաճախությունը, ST -segment, PVCs, SpO2, զարկերակային հաճախությունը, NIBP-ի և առկայության դեպքում IBP վերջին չափման արժեքները , T1 և T2 ջերմաստիճան, ջերմաստիճանի տարբերությունը, EtCO2, InCO2, awRR (առկայության դեպքում): ● ալիքի ձևի տեղեկատվություն՝ 2 ԷՍԳ ալիքի ձևեր, 1 զարկերակային ալիքի ձև, 1 շնչառական ալիքի ձև, 1 CO2 ալիքի ձև, 2 IBP ալիքի ձև ● տեղեկատվություն NIBP չափումների մասին Համակարգը հնարավորություն ունի հեռավար միացնել/անջատել NIBP չափումը Ստացիոնար մոնիտորինգային համակարգչային կայան Core I5 պրոցեսսոր, 16GB օպերատիվ հիշողություն, 2 TB մշտական հիշողություն, Original Windows 10 օպերացիոն համակարգ, 32" տվյալների արտացոլման Full HD, հեղուկ-բյուրեղային էկրան - 1 հատ,

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-26-ԵՊՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота			Предлагаемый товар
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
56			պարագաներ (մկնիկ, ստեղնաշար)։ Պատին ամրացման հնարավորություն։ Տպիչ-սկաներ A4 ֆորմատի: Քանակը՝ 1 հատ Շարժական վերահսկման կայան, որը հնարավորություն ունի անլար եղանակով միանալ ստացիոնար համակարգչին և արտացոլում է մոնիտորինգային համակարգի տվյալները - 1 հատ Մարտկոցով աշխատելու ժամանակը ՝ >1 ժամ Անխափան սնուցման սարք՝ ամբողջ համակարգի սնուցումը >1 ժամ ապահովող՝ չվերականգնվող կամ անդադար հոսանքազրկման դեպքում: Քանակը 1 հատ. Բոլոր ներկայացված սարքավորումները նոր են, չօգտագործված: Բոլոր սահմանված սարքավորումները միապիսի կազմում են հիվանդի կարոհիմոնիտորինգային համակարգի անբաժանելի մաս և պետք է մատակարարվեն, տեղադրվեն և կարգաբերվեն վաճառողի կողմից որպես բնութագրով սահմանված միասնական համակարգ: Երաշխիքային ժամկետ ամբողջ համակարգի համար 12 ամիս՝ տեղադրման, կարգաբերման և փորձարկման պահից սկսած: