# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Խիմմաստեր ՍՊԸ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/99 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | pH metr | pH metr | HI2002-02 | Hanna Instruments | Օգտագործվում է նմուշների pH-ի որոշման համար Սարքը պետք է ունենա LCD էկրան: Ավտոմատ գեներացվող էլեկտրոդի տվյալների կորի պատկերը էկրանին թույլ կտա որոշել էլեկտրոդի փոխելու ժամանակը: Պետք է ունենա ջերմաստիճանի ավտոմատ փոխհատուցման հնարավորություն: Պետք է ունենա երկկետ կալիբրացիայի հնարավորություն սեղմման կոճակով՝ բուֆերի ավտոմատ ճանաչմամբ: Սարքի մենյուն պետք է հնարավորություն տա 5 պարամետրերի ճանաչման, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ներառյալ՝ pH-ի բուֆերային ստանդարտը, տրամաչափական կետերի քանակը, ավտոմատ անջատում և այլն: Սարքը իր հետ պետք է ունենա հետևյալ պարագաները՝ pH էլեկտրոդ, ջերմաստիճանային ցուցիչ, pH բուֆերային ստանդարտներ (pH 4.01/ 7.00/ 10.01), DC9V հոսանքի ադապտեր: pH -ի միջակայքը՝ -2.00-16.00, pH -ի ճշգրտություն՝ +0.01, բանաձևը 0.01 pH, mV միջակայքը՝ -1000-1000 mV, ճշգրտությունը՝ , բանաձևը 1mV, Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ 0-15°C, 32-221°F, ճշգրտությունը՝ °C, բանաձևը՝ 0.1°C, Կալիբրացիոն կետերը՝ 1-3 միավոր, Ստուգաչափման լուծույթները՝ ԱՄՆ (Ph 4.01/7.00/10.01), NIST (Ph4.01/6.86/9.18), Ջերմաստիճանային փոխհատուցումը՝ 0-100°C, 32-212°F, կամ մեխանիկական կամ ավտոմատ: Պահպանման գործառույթը՝ մեխանիկական կամ ավտոմատ: Անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի ծախսը՝ պետք է լինի DC9V/400mA: Պետք է ունենա |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ադապտեր։ Միացումը պետք է լինի BNC, էկրանը LCD առնվազն՝ 135*75մմ: Չափերը ոչ ավել քան (L*Խ*Բ) 210*210*80մմ: CE , ISO 14001, 9001, 13485 սերտիիֆիկատներ; Երաշխիքային ժամկետ `առնվազն 1 տարի: Արտադրության տարեթիվը 2019թ-ից ոչ ցածր Մատակարարողը պարտավոր է կազմակերպել տեղադրումը, ուսուցումը : |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Խիմմաստեր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/99 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | pH metr | pH metr | HI2002-02 | Hanna Instruments | Օգտագործվում է նմուշների pH-ի որոշման համար Սարքը պետք է ունենա LCD էկրան: Ավտոմատ գեներացվող էլեկտրոդի տվյալների կորի պատկերը էկրանին թույլ կտա որոշել էլեկտրոդի փոխելու ժամանակը: Պետք է ունենա ջերմաստիճանի ավտոմատ փոխհատուցման հնարավորություն: Պետք է ունենա երկկետ կալիբրացիայի հնարավորություն սեղմման կոճակով՝ բուֆերի ավտոմատ ճանաչմամբ: Սարքի մենյուն պետք է հնարավորություն տա 5 պարամետրերի ճանաչման, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ներառյալ՝ pH-ի բուֆերային ստանդարտը, տրամաչափական կետերի քանակը, ավտոմատ անջատում և այլն: Սարքը իր հետ պետք է ունենա հետևյալ պարագաները՝ pH էլեկտրոդ, ջերմաստիճանային ցուցիչ, pH բուֆերային ստանդարտներ (pH 4.01/ 7.00/ 10.01), DC9V հոսանքի ադապտեր: pH -ի միջակայքը՝ -2.00-16.00, pH -ի ճշգրտություն՝ +0.01, բանաձևը 0.01 pH, mV միջակայքը՝ -1000-1000 mV, ճշգրտությունը՝ , բանաձևը 1mV, Ջերմաստիճանային միջակայքը՝ 0-15°C, 32-221°F, ճշգրտությունը՝ °C, բանաձևը՝ 0.1°C, Կալիբրացիոն կետերը՝ 1-3 միավոր, Ստուգաչափման լուծույթները՝ ԱՄՆ (Ph 4.01/7.00/10.01), NIST (Ph4.01/6.86/9.18), Ջերմաստիճանային փոխհատուցումը՝ 0-100°C, 32-212°F, կամ մեխանիկական կամ ավտոմատ: Պահպանման գործառույթը՝ մեխանիկական կամ ավտոմատ: Անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի ծախսը՝ պետք է լինի DC9V/400mA: Պետք է ունենա |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ադապտեր։ Միացումը պետք է լինի BNC, էկրանը LCD առնվազն՝ 135*75մմ: Չափերը ոչ ավել քան (L*Խ*Բ) 210*210*80մմ: CE , ISO 14001, 9001, 13485 սերտիիֆիկատներ; Երաշխիքային ժամկետ `առնվազն 1 տարի: Արտադրության տարեթիվը 2019թ-ից ոչ ցածր Մատակարարողը պարտավոր է կազմակերպել տեղադրումը, ուսուցումը : |