

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/15-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                               |                        |   |
|--------------------|--|------------------------|---|
|                    | ապրանքային<br>նշանը                              | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 19                 | SA series adjustable<br>volume pipette<br>5000ul | Boeco GmbH             | Միանցուղային ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 1000-5000 մկլ: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի առկայություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը` 50 մկլ: Ճշտությունը (inaccuracy)` նվազագույն ծավալի դեպքում` $\pm 2.0\%$ , միջին ծավալի դեպքում` $\pm 0,6\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում` $\pm 0.5\%$ : Ճշգրտությունը (impresizion)` նվազագույն ծավալի դեպքում` $\pm 0.6\%$ , միջին ծավալի դեպքում` $\pm 0.3\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում` $\pm 0.15\%$ : Ֆորմատ` հատ: Նոր Է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДԱՊԶԲ-2022/15-11-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                            |                            |   |
|------------|---|----------------------------|---|
|            | товарный знак                                 | наименование производителя | технические характеристики  |
| 19         | SA series adjustable volume pipette<br>5000ul | Boeco GmbH                 | Միանցուղային ավտոմատ բաժնավորիչ փոփոխական ծավալի 1000-5000 մկլ: Ծայրակալները հեռացնող համակարգի առկայություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն: Բաժանումը՝ 50 մկլ: Ճշտությունը (inaccuracy)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 2.0\%$ , միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 0,6\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.5\%$ : Ճշգրտությունը (impresizion)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.6\%$ , միջին ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.3\%$ , առավելագույն ծավալի դեպքում՝ $\pm 0.15\%$ : Ֆորմատ՝ հատ: Նոր Է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: |