

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-36-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|---------------------------|---------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 12 | Gaia First Pre ShapeASAHI | Asahi Intecc | Կորոնար ուղղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար միկրոկոն ծայրով, երկարությունը՝ 190սմ, ծայրակալը՝ 1.7գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիությունը՝ 150մմ, տրամագիծը՝ 0.014"/0.010", ծածկույթի տեսակը՝ հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT, ծայրակալի տեսակը՝ 1մմ pre-shape: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բենթ Սմաթթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-36-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 12 | Gaia First Pre ShapeASAHI | Asahi Intecc | Коронарный проводник для хронических тотальных окклюдий с микроконусным наконечником, длина 190 см, насадка 1.7г рентгенопроницаемость насадки` 150мм, диаметр: 0.014"/0.010", тип покрытия: гидрофильное SLIP-COAT, тип наконечника: 1мм pre-shape: Формат: шт. Наличие сертификат качества CE MARK или FDA требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включает в себя технические характеристики, особенности и правила использования в виде заводского руководства.Наличие не менее 70% от общего срока годности. |