

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լաբտեխ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/193 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
48	Machery Nagel	MN	720088.40 721190.30 718966	Machery Nagel	Հեղուկային քրոմատոգրաֆիկ աշտարակ՝ 1 հատ՝ Չափսերը՝ 250□4մմ Որակը՝ Բարձր ստաբիլության սիլիկադեյ Տեսակը՝ մոդիֆիկացված N-(3.5դինիտրո բենզոլի) ֆենիլգլիցին Ծակոտինների չափսերը՝ 100 Անգստրեմ Մասնիկների չափսերը՝ 5մկմ pH կայունությունը՝ 2-8 Սպեցիֆիկ մակերեսը՝ 300-350մ2/գ-ում Որակի հավաստագրի առկայություն, Թեստի համակարգի արդյունավետ աշխատանքի սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1 հատ Հեղուկային քրոմատոգրաֆիկ

				<p>Նախաաշտարակ՝ 2 հատ՝ Չափսերը՝ 4՝3մմ Որակը՝ Բարձր ստաբիլության սիլիկատել Տեսակը՝ պերմեթիլացված ցիկլոդեքստրին ճակոտիների չափսերը՝ 100 Անգստրեմ Մասնիկների չափսերը՝ 5մկմ pH կայունությունը՝ 2-8 Սպեցիֆիկ մակերեսը՝ 300-350մ2/գ-ում Տուփում Նախաաշտարակի քանակը՝ 2 հատ Հեղուկային քրոմատոգրաֆիկ Նախաաշտարակի բռնիչ՝ 1 հատ՝ Կազմված 3 ֆերուլաներից, 2 հատ 0.12 մմ տրամագծով մազանոթներից, պետք է տեղավորի մեկ 4՝3 կամ 4՝2 մմ աշտարակներ</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛАБТЕХГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/193 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
48	Machery Nagel	MN	720088.40 721190.30 718966	Machery Nagel	Հեղուկային քրոմատոգրաֆիկ աշտարակ՝ 1 հատ՝ Չափսերը՝ 250x4մմ Որակը՝ Բարձր ստաբիլության սիլիկադեի Տեսակը՝ մոդիֆիկացված N-(3.5դինիտրո բենզոլի) ֆենիլգլիցին Ծակոտիների չափսերը՝ 100 Անգստրեմ Մասնիկների չափսերը՝ 5մկմ pH կայունությունը՝ 2-8 Սպեցիֆիկ մակերեսը՝ 300-350մ2/գ-ում Որակի հավաստագրի առկայություն, Թեստի համակարգի արդյունավետ աշխատանքի սերտիֆիկատ Տուփում աշտարակի քանակը 1 հատ Հեղուկային քրոմատոգրաֆիկ

				<p>Նախաաշտարակ՝ 2 հատ՝ Չափսերը՝ 4□3մմ Որակը՝ Բարձր ստաբիլության սիլիկատել Տեսակը՝ պերմեթիլացված ցիկլոդեքստրին ճակոտիների չափսերը՝ 100 Անգստրեմ Մասնիկների չափսերը՝ 5մկմ pH կայունությունը՝ 2-8 Սպեցիֆիկ մակերեսը՝ 300-350մ<sup>2</sup>/գ-ում Տուփում Նախաաշտարակի քանակը՝ 2 հատ Հեղուկային քրոմատոգրաֆիկ Նախաաշտարակի բռնիչ՝ 1 հատ՝ Կազմված 3 ֆերուլաներից, 2 հատ 0.12 մմ տրամագծով մազանոթներից, պետք է տեղավորի մեկ 4□3 կամ 4□2 մմ աշտարակներ</p>
--	--	--	--	---