

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նարեկ Պողոսյան-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-22/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Ossila	Ossila U2006	Ossila U2006	Ossila	Արևային էլեմենտների ՎԱԲ-ի թեսթեր Solar Cell I-V Test System: Լարման միջակայքը և ճշտությունը $\pm 10 \text{ V}$ և $\pm 333 \text{ }\mu\text{V}$, հոսանքի միջակայքը և ճշտությունը $\pm 200 \text{ mA}$ և $\pm 10 \text{ nA}$, ծրագրային ապահովմամբ և բնութագրի ավտոմատ ստացմամբ: $\pm 10 \text{ V}$ Source Range, $\pm 333 \text{ }\mu\text{V}$ Source Resolution, $\pm 200 \text{ mA}$ Measurement Range, $\pm 10 \text{ nA}$ Measurement Resolution, Software Included, Automatic Solar Cell Characterisation: Նախընտրելի է Ossila U2006

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ Նարեկ Պողոսյանն в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-22/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Ossila	Ossila U2006	Ossila U2006	Ossila	Արևային էլեմենտների ՎԱԲ-ի թեսթեր Solar Cell I-V Test System: Լարման միջակայքը և ճշտությունը ± 10 V և ± 333 μ V, հոսանքի միջակայքը և ճշտությունը ± 200 mA և ± 10 nA , ծրագրային ապահովմամբ և բնութագրի ավտոմատ ստացմամբ: ± 10 V Source Range, ± 333 μ V Source Resolution, ± 200 mA Measurement Range, ± 10 nA Measurement Resolution, Software Included, Automatic Solar Cell Characterisation: Նախընտրելի է Ossila U2006