ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՓՔՎ/ՔՐՄ/Ա-102 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Waters	Waters	Arc HPLC	Waters Corporation USA	Հեղուկային Քրոմատագիր Դիոդկաղապարային դետեկտորով ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ • Լուծիչների քանակր 4 լուծիչ • Երկու աշխատանքային ռեժիմներով վակումային դեգազացիայի համակարգ 4 գծով: Խառնման ծրագրավորում • Հոսքերի տիրույթը 0.01-5մլ/ր, սանդղակավորումը 0.001մլ/րոպե • Պլունժերների լվացումը ավտոմատացված և ծրագրավորվող • Գրադիենտային պրոֆիլը՝ 11 գրադիենտային կորեր • Մաքսիմալ աշխատանքային ճնշումը 9000 ՊՍԻ • Լուծիչների խառնման

						տիրույթը 0-100% , 0.01 % սանդղակավորմամբ • Խառնման Ճշտությունը 0.15% RSD • Հոսքի ճշտությունը 0.075% • Հոսքի ճշտությունը 1% ՆՄՈՒՇԻ ՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ • Նմուշի տրման ճշտությունը 0,3 % • սրվակից ոչ պակաս քան 99 նմուշարկման հնարավորություն • Նմուշի մնացորդային քանակը(Carryover) 0,002% • համակարգի ներարկման Ճշտությունը + 1մկլ • Ստանդարտների և նմուշների խառնման ծրագրավորված իրականացում • Ներարկման ծավալի տիրույթը 0,1-1000մկլ • Ներարկման գծայնությունը >0,999 • Նմուշի ներարկման մինիմալ ծավալը 10մկլ • Ջերմաստիճանային ստաբիլությունը 1 0C ԱՇՏԱՐԱԿՆԵՐԻ ՏԱՔԱՑՄԱՆ և ՍԱՌԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ • Ջերմաստիճանային տիրույթ 20-65 0C տիրույթով • Ջերմստիճանային ստաբիլությունը 0.30C ՖՈՏՈԴԻՈԴ ԿԱՂԱՊԱՐԱՅԻՆ ԴԵՏԵԿՏՈՐ • Ալիքի երկարության տիրույթը 190-800նմ • Ալիքի երկարության ճշտությունը ոչ ավել քան +-1նմ • Միաժամանակ 4

						ալիքների ցուցադրում, սպեկտրերի ցուցադրման հնարավորություն, • Ալիքի կրկնելիությունը ոչ ավել քան +-0.1նմ • Հոսքի խցիկի ծավալը 8.4մկլ • Խցիկի ճնշման կայունությունը ոչ պակաս քան 1000ՊՍԻ • Դիոդների քանակը՝ 512 ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՎՈՒՄԸ՝ քրոմատոգրաֆիկ ինֆորմացիոն համակարգ համապատասխան համակարգչով: • Միջազգային GMP/GLP. 21 CFR Part 11 and Annex 11 պահանջներին համապատասխամ • Մասս սպեկտրոմետրիկ համակարգի կառավարման հնարավորություն • Համակարգիչ՝ Core i5 իր ամբողջական լրակազմով, մոնիտոր 24 դույմ: ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ և ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ • Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի • Սերտիֆիկացված ինժեների մասնակցությամբ համակարգի ինստալիացիա և որակավորում, ուսուցում առնվան 10 օր, օրական 5ժ տևողությամբ: • օգտագործվող ծրագրերը անժամկետ երաշխիքային սպասարկմամբ: • հոգեներգործուն նյութերի,

					թմրանյութերի գրադարան: Կանաբինոիդների քանական որոշման մեթոդի ներդրում և վալիդացում: • Մեթոդի ներդրման և վալիդացման համար անհրաժեշտ ռեագենտները և լուծիչների ֆիլտրման համակարգը (բաղկացաց ապակյա 1 L տարայից , քիմիապես կայուն վակուումային պոմպից՝ ներառված Պերֆտրոոպլաստի ֆիլտրեր 100 հատ 47մմ տրամագիծ և 0.45 մկմ ծակոտիներով)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՓՔՎ/ՔՐՄ/Ա-102 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Waters	Waters	Arc HPLC	Waters Corporation USA	Հեղուկային Քրոմատագիր Դիոդկաղապարային դետեկտորով ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ • Լուծիչների քանակր 4 լուծիչ • Երկու աշխատանքային ռեժիմներով վակումային դեգազացիայի համակարգ 4 գծով: Խառնման ծրագրավորում • Հոսքերի տիրույթը 0.01-5մլ/ր, սանդղակավորումը 0.001մլ/րոպե • Պլունժերների լվացումը ավտոմատացված և ծրագրավորվող • Գրադիենտային պրոֆիլը՝ 11 գրադիենտային կորեր • Մաքսիմալ աշխատանքային ճնշումը 9000 ՊՍԻ • Լուծիչների խառնման

						տիրույթը 0-100% , 0.01 % սանդղակավորմամբ • Խառնման Ճշտությունը 0.15% RSD • Հոսքի ճշտությունը 0.075% • Հոսքի ճշտությունը 1% ՆՄՈՒՇԻ ՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ • Նմուշի տրման ճշտությունը 0,3 % • սրվակից ոչ պակաս քան 99 նմուշարկման հնարավորություն • Նմուշի մնացորդային քանակը(Carryover) 0,002% • համակարգի ներարկման Ճշտությունը + 1մկլ • Ստանդարտների և նմուշների խառնման ծրագրավորված իրականացում • Ներարկման ծավալի տիրույթը 0,1-1000մկլ • Ներարկման գծայնությունը >0,999 • Նմուշի ներարկման մինիմալ ծավալը 10մկլ • Ջերմաստիճանային ստաբիլությունը 1 0C ԱՇՏԱՐԱԿՆԵՐԻ ՏԱՔԱՑՄԱՆ և ՍԱՌԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ • Ջերմաստիճանային տիրույթ 20-65 0C տիրույթով • Ջերմստիճանային ստաբիլությունը 0.30C ՖՈՏՈԴԻՈԴ ԿԱՂԱՊԱՐԱՅԻՆ ԴԵՏԵԿՏՈՐ • Ալիքի երկարության տիրույթը 190-800նմ • Ալիքի երկարության ճշտությունը ոչ ավել քան +-1նմ • Միաժամանակ 4

						ալիքների ցուցադրում, սպեկտրերի ցուցադրման հնարավորություն, • Ալիքի կրկնելիությունը ոչ ավել քան +-0.1նմ • Հոսքի խցիկի ծավալը 8.4մկլ • Խցիկի ճնշման կայունությունը ոչ պակաս քան 1000ՊՍԻ • Դիոդների քանակը՝ 512 ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՎՈՒՄԸ՝ քրոմատոգրաֆիկ ինֆորմացիոն համակարգ համապատասխան համակարգչով: • Միջազգային GMP/GLP. 21 CFR Part 11 and Annex 11 պահանջներին համապատասխամ • Մասս սպեկտրոմետրիկ համակարգի կառավարման հնարավորություն • Համակարգիչ՝ Core i5 իր ամբողջական լրակազմով, մոնիտոր 24 դույմ: ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ և ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ • Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի • Սերտիֆիկացված ինժեների մասնակցությամբ համակարգի ինստալիացիա և որակավորում, ուսուցում առնվան 10 օր, օրական 5ժ տևողությամբ: • օգտագործվող ծրագրերը անժամկետ երաշխիքային սպասարկմամբ: • հոգեներգործուն նյութերի,

					թմրանյութերի գրադարան: Կանաբինոիդների քանական որոշման մեթոդի ներդրում և վալիդացում: • Մեթոդի ներդրման և վալիդացման համար անհրաժեշտ ռեագենտները և լուծիչների ֆիլտրման համակարգը (բաղկացաց ապակյա 1 L տարայից , քիմիապես կայուն վակուումային պոմպից՝ ներառված Պերֆտրոոպլաստի ֆիլտրեր 100 հատ 47մմ տրամագիծ և 0.45 մկմ ծակոտիներով)