

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՓՔԿ/ՔՐՄ/Ա-101 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	WATERS	WATERS	LC 150	WATERS Corporation USA	<p>Պրեպարատիվ քրոմատագրաֆիկ համակարգ ՌԻՄ Դետեկտորով և ֆրակցիաների հավաքման կայանով ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Լուծիչների քանակը 2 լուծիչ • Երկու աշխատանքային ռեժիմներով վակուումային դեգազացիայի համակարգ 4 գծով: Խառնման ծրագրավորում • Հոսքերի տիրույթը 0.01-50մլ/ր, սանդղակավորումը 0.1մլ/րոպե • Պլունժերների լվացումը ավտոմատացված և ծրագրավորվող</li> <li>• Մաքսիմալ աշխատանքային ճնշումը 5000ՊՍԻ • Հոսքի ճշտությունը 1% ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ</li> </ul>

ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԿԱՅԱՆ Հոսքի կառավարումը ծրագրով 36 ստանդարտ սրվակների կամ փականների օգտագործում , Միկրոպլանշետների հնարավորությամբ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ Շարունակական հոսքի դիզայն, 1000-10000մկլ փականների առկայություն ԲԱՉՄԱԱԼԻՔԱՅԻՆ ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԴԵՏԵԿՏՈՐ • Ալիքի երկարության տիրույթը 190-700նմ • Ալիքի երկարության ճշտությունը +-1նմ • Ալիքի կրկնելիությունը +-0.7նմ • Խցիկի ճնշման կայունությունը 125ՊՍԻ • Աղմուկը 20X10-6 254 նմ-ի տիրույթում ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՎՈՒՄԸ` քրոմատոգրաֆիկ ինֆորմացիոն համակարգ համապատասխան համակարգչով: • Միջազգային GMP/GLP. 21 CFR Part 11 and Annex 11 պահանջներին համապատասխամ: ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ և ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ • Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի • Սերտիֆիկացված ինժեների մասնակցությամբ համակարգի ինստալիացիա և որակավորում,

					<p>բուսական նմուշներից կաննաբիոտիդների հավաքման մեթոդի ներդրում: Ուսուցում 10 օր, օրական 5ժ տևողությամբ: • օգտագործվող ծրագրերը 10 տարվա երաշխիքային սպասարկմամբ</p>
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ՓՔԿ/ՔԴԱ/Ա-101 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	WATERS	WATERS	LC 150	WATERS Corporation USA	Պրեպարատիվ քրոմատագրաֆիկ համակարգ ՌԻՄ Դետեկտորով և Ֆրակցիաների հավաքման կայանով ՆՍՈՒՇՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆԻՉ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ • Լուծիչների քանակը 2 լուծիչ • Երկու աշխատանքային ռեժիմներով վակումային դեգազացիայի համակարգ 4 գծով: Խառնման ծրագրավորում • Հոսքերի տիրույթը 0.01-50մլ/ր, սանդղակավորումը 0.1մլ/րոպե • Պլունժերների լվացումը ավտոմատացված և ծրագրավորվող • Մաքսիմալ աշխատանքային ճնշումը 5000ՊՍԻ • Հոսքի ճշտությունը 1% ՖՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ

ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԿԱՅԱՆ Հոսքի կառավարումը ծրագրով 36 ստանդարտ սրվակների կամ փականների օգտագործում , Միկրոպլանշետների հնարավորությամբ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ Շարունակական հոսքի դիզայն, 1000-10000մկլ փականների առկայություն ԲԱՉՄԱԱԼԻՔԱՅԻՆ ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԴԵՏԵԿՏՈՐ • Ալիքի երկարության տիրույթը 190-700նմ • Ալիքի երկարության ճշտությունը +-1նմ • Ալիքի կրկնելիությունը +-0.7նմ • Խցիկի ճնշման կայունությունը 125ՊՍԻ • Աղմուկը 20X10-6 254 նմ-ի տիրույթում ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՎՈՒՄԸ` քրոմատոգրաֆիկ ինֆորմացիոն համակարգ համապատասխան համակարգչով: • Միջազգային GMP/GLP. 21 CFR Part 11 and Annex 11 պահանջներին համապատասխամ: ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ և ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ • Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի • Սերտիֆիկացված ինժեների մասնակցությամբ համակարգի ինստալիացիա և որակավորում,

					<p>բուսական նմուշներից կաննաբիոտիդների հավաքման մեթոդի ներդրում: Ուսուցում 10 օր, օրական 5ժ տևողությամբ: • օգտագործվող ծրագրերը 10 տարվա երաշխիքային սպասարկմամբ</p>
--	--	--	--	--	--