ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԿՈՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/Ն/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Lowenstein Medical	Lowenstein Medical	Leon Plus	Lowenstein Medical	Անեսթեզիայի շնչառական ապարատ Անզգայացման սարք նախատեսված մեծահասակների և պատանիների համար, միկրոպրոցեսսորային կառավարմամբ, պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով, որը համալրված է՝ արտաշնչման և ներշնչման HWA տիպի հոսքի տվիչով, ավտոկլավով ստելիզացվող: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը ոչ ավել քան 4 րոպե: Սարքը օժտված է արտահոսքի սենսորով,

					անզգայացնող գազի տիպի իդենտիֆիկացիայով, պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով, ներկառուցված արտածման համակարգ, ներկառուցված դարակներով, Freshgas; պորտ։ Սարքի շնչառական պարկը պետք է հագեցված լինի ծավալի տվիչով։ Գոլորշացուցիչները փոփոխական շրջանցիկ, ամբողջությամբ փոխհատուցվող մեթոդով։ Շնչառության ծավալը 20-1600 մլ, ներշնչման դադար 0-90%, շնչառության հաճախականությունը 4-80, ներշնչման հոսքը ;180 լ/ր, պասիվ անզգայացնող գազի հեռացում, CO2-ի կոնցենտրացիայի արտացոլում ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկում էլեկտրոնային անեմոմետրիկ մեթոդով, թթվածնի տվիչի արձագանքը 0,45վ, աշխատանքը մարտկոցից ոչ պակաս քան 100ր։ Դիտարկման հնարավորությունները՝ թայմերի առկայություն բոլոր ռեժիմներում, ներկառուցված 12 դույմանոց սենսորային TFT մոնիտոր։ Կորերի արտացոլման հնարավորություն՝

					ճնշում, հոսք, ծավալ, CO2, Հալոտան, Իզոֆլուրան, էնֆլուրան, սևոֆլուրան, դեսֆլուրան, թթվածին: Գրաֆիկական և թվային տրենդների առակայություն - Ppeak, Pmean, PEEP, MV, CO2 insp. / exp., O2 insp. / exp., ազդող նյութի, MAC, դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապասխանություն: Տագնապների պահպանում և արտահանում: Սարքը հնարավորություն ունի հետևյալ ցուցմունքների՝ թոքերի դիմադրություն, ստատիկ/դինամիկ համապատասխանություն, CO2/C, Ppeak, Pplateau, Pmean, PEEP, MV, MV calculated, MV spontaneous%, VTi, Vte, Leak%, Frequency total, spontaneous, Frequency CO2, Ti spontaneous, Tinspiratoric, Texpiratoric, I : E, CO2, O2, Agent, MAC: Խնամյալի մոնիտոր ներկառուցված ջերմային տպիչով, էկրանի չափսը 12; Էկրանին ԷՍԳ-ի 3,5 և 12 արտածումների ցուցադրման հնարավորություն Զգայունությունը՝ 1.25մմ/մՎ (0.125), 2.5մմ/մՎ (0.25), 5մմ/մՎ (0.5), 10մմ/մՎ (1), 20մմ/մՎ (2), 40մմ/մՎ

					(4), AUTO gain ԷՍԳ արտածման արագությունը՝ 6.25մմ/վ, 12.5մմ/վ, 25մմ/վ, 50մմ/վ Պեյսմեյկեր ;զգալու; հնարավորություն ԷՍԳ-ի վերականգնվելու ժամանակը դեֆիբրիլացիայից հետո ՝ 5վ Սրտի կծկման հաճախականության հաշվարկում Սրտի կծկման հաճախականության հաշվարկման սահմանները՝ չափահասների համար 15 bpm մինչև 300 bpm, նորածնային և մանկականի համար 15 bpm մինչև 350 bpm Արյան ճնշման ոչ ինվազիվ (NIBP) չափման օսցիլոմետրիկ մեթոդ Արյան ճնշման ոչ ինվազիվ չափման 3 ռեժիմ՝ մանուալ, ավտոմատ, շարունակական Ավտոմատ ռեժիմում արյան ճնշման ոչ ինվազիվ չափման դաթարները՝ 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 րոպե Շարունակական ռեժիմում արյան ճնշման ոչ ինվազիվ չափման տևողությունը՝ 5 րոպե դաթարները 5 վարկյան Թթվածնի հագեցվածության (SpO2) չափման հնարավորություն Թթվածնի հագեցվածության (SpO2) չափման սահմանները՝ 0 % մինչև 100 %

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՊՏ-ԷԱՁԱՊՁԲ-2022/Ե/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					Թթվածնի հագեցվածության (SpO2) չափման տվյալների թարմացումը՝ 1 վարկյանում Մարմնի ջերմաստիճանի չափման հնարավորություն Մարմնի ջերմաստիճանի չափման մեթոդ՝ անմիջական Մարմնի ջերմաստիճանի չափման ձևը՝ մաշկային, ուղիղաուղիղային և բերանի խոռոչում Մարմնի ջերմաստիճանի չափման սահմանը՝ 0˚C մինչև 50 ˚C (32 ˚F մինչև 122 ˚F) Մարտկոցով աշխատանքի հնարավորություն՝ 80 րոպե (2.2Ամ մարտոց) Լիցքավորման ժամանակը՝ 150 րոպե (2.2Ամ մարտոց) Պաշտպանվածության դաս ՝ IPX1 Անվտանգության նորմեր՝ IEC 60601-1: 1988+A1: 1991+A2: 1995; EN 60601-1: 1990+A1: 1993+A2: 1995; IEC 60601-1-2: 2001+A1: 2004; EN 60601-1-2: 2001+A1: 2006; IEC/EN 60601-1-8, IEC/EN 60601-2-25, IEC/EN 60601-2-27, IEC/EN 60601-2-30, IEC/EN 60601-2-34, IEC/EN 60601-2-49, ISO 9919, EN 12470-4, EN 1060-1+A1, EN 1060-3+A1, EN 1060-4, ISO 21647, ANSI/AAMI SP10, ANSI/AAMI EC13,

					ANSI/AAMI EC53, ANSI/AAMI EC57 Լրակազմ՝ Անզգայացման սարք Խնամյալի մոնիտոր Գոլորշացուցիչ 2 հատ՝ իզոֆլյուրան, սևոֆլյուրան Տեղադրում և ուսուցում Օգտագործողի ձեռնարկ