

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիմվանտ ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷՎՃԱՊՁԲ-22/36 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Sonoscape Medical Corp.	Sonoscape P15	P15	Sonoscape Medical Corp.	"Թվային գունավոր ուլտրաձայնային ստացիոնար համակարգ չորս տվիչով և տպիչով, նախատեսված ընդհանուր և անհետաձգելի հետազոտությունների, վահանագեղձի, կրծքագեղձի, ուրոլոգիական, գինեկոլոգական, մկանակմախքային համակարգի, անոթային և Էխոկարդիոգրաֆիկ հետազոտությունների համար: Ամբողջական թվային ճառագայթների ձևավորում, Տվիչների ակտիվ պորտերի քանակ՝ 4, Սոնիտոր 21,5 դյույմ անկյունագծով, պիքսելները՝

1920x1080, Հպումային Touch Screen
Էկրան՝ 13,3 դյույմ անկյունագծով,
1920x1080 պիքսել,
Փոխանցման/Հաղորդման
ընդունման թվային վերամշակվող
ալիքների քանակ՝ 650.000 Տվիչների
միաբյուրեղային տեխնոլոգիա,
Լայնաշերտ և
մուլտիհաճախականության
սկանավորում, Էխո-ազդանշանների
գուլգահեռ մշակում, Էխո-
ազդանշանների քառալիքանի
մշակում, Պատկերների սեգմենտար
մեծացում, պատկերի
հակապատկերում՝ աջ/ձախ,
վերև/ներքև; Պատկերի պտույտ՝
90°, 180°, 270° Կոշտ սկավառակի
ծավալը՝ 500 Գբ, պատկերի
պահպանում՝ 320.000 պատկեր,
40.000 դինամիկ պատկեր,
Ռեժիմների և ծրագրերի
առկայություն՝ B, M, Գունավոր
դոպլեր, Իմպուլս-ալիքային դոպլեր,
Էներգետիկ դոպլեր Հյուսվածքային
դոպլեր Պուլսային ինվերսիոն
հարմոնիկա, Հյուսվածքային
հարմոնիկա Դուպլեքս, տրիպլեքս
ռեժիմներ Անատոմիկական M ռեժիմ,
գունավոր M ռեժիմ B-ռեժիմ

Կադրերի հաճախականություն՝ 1400
կադր/վ Հետազոտման խորությունը՝
40 սմ Խոշորացում՝ 10 անգամ
Քարտեզների առկայություն՝ 13
Դիսամիկ դիապագոնը - 20-280դբ
Գունավոր դոպլեր/հյուսվածքային
դոպլեր Կադրերի
հաճախականություն՝ 160 կադր/վ
Ավտոմատ ֆոկուսի և մեկ կոճակով
կարգավորման առկայություն
Ինվերսիայի առկայություն Պատի
ֆիլտրերի դիապագոնը, 25-750 Հց
PRF հաճախականությունը՝ 0.5 - 8
ԿՀց CW/PW Անընդհատ-ալիքային և
Իմպուլս-ալիքային դոպլեր Դիրքի և
Ծավալի կարգավորում իմպուլս
ալիքային դոպլերի համար՝ 0.7-21մմ
Տրիպլեքս ռեժիմի առկայություն
Ավտոմատ անկյան կարգավորում, 0,
60, -60 աստիճան Անընդհատ
ալիքային դոպլերի համար PRF
հաճախականություն՝ 1-48ԿՀց,
արագությունների գրանցման
սանդղակ՝ 0,1-50մ/վ իմպուլս-
ալիքային դոպլերի(PW) համար PRF
հաճախականություն՝ 1-16ԿՀց,
HPRF, արագությունների գրանցման
սանդղակ՝ 0,4-15մ/վ Պատի
ֆիլտրերի դիապագոնը՝ 25-750 Հց

Ավտոմատ կարգավորման առկայություն Ազատ ձեռքով 3D ռեժիմի առկայություն, Պանորամիկ ապահովման առկայություն, Էլաստոգրաֆիայի ապահովման առկայություն, Օգտագործման բնագավառ /չափումներ, հաշվարկներ` Հիմնական չափումներ, Որովային, Սիրտ, Անոթներ, Ուրոլոգիա, Գինեկոլոգիա, Մանկաբարձություն, Պտղի սիրտ, Ոսկրային հետազոտումներ, Կրծքագեղձ, Վահանագեղձ, Շագանակագեղձ, Մակերեսային օրգաններ Ստատիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա JPEG, BMP, DICOM ֆորմատով; Ստատիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա AVI, MPEG, JPEG, BMP, TIFF, DICOM ֆորմատով; Դինամիկ պատկերների արխիվացիա կոշտ սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով, Դինամիկ պատկերների արխիվացիա DVD/CD-RW սկավառակի վրա MPEG, DICOM ֆորմատով Ձայնագրում USB Flash Drive-ի վրա jpeg, bmp, MPEG, DICOM

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <<LU-EU/2017/P-22/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Ֆորմատով Սարքում հետևյալ ծրագրային փաթեթների առկայություն՝ Auto NT Auto IMT DICOM ավտոմատ արխիվացման առկայություն արտաքին աշխատանքային կայան Լրակազմ՝ Կոնվերս մոնոկրիստալ տվիչ՝ 1.0-8.0 ՄՀց հաճախականության, շարավիճակ՝ 50մմ Էլեմենտների քանակ՝ 160 Գծային տվիչ՝ 4.0-16.0

ՄՀց հաճախականության, Էլեմենտների քանակ՝ 256, շարավիճակ՝ 55մմ Սրտաբանական տվիչ՝ 1.0-7.0

ՄՀց հաճախականության, Էլեմենտների քանակ՝ 64 Սև/Սպիտակ թերմալ տպիչի առկայություն Երաշխիքը՝ 12 ամիս: Սարքը նոր է, չօգտագործված: Տեղադրում, կարգավորումների և բուժ. անձնակազմի ուսուցում սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: Որակի սերտիֆիկատներ՝ EC, FDA:"

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
3					