

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-45-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Guiding Catheter Heartrail	Terumo	<p>Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ուղղորդիչ կաթետեր ռադիալ և ֆեմորալ միջամտությունների համար: Կաթետերի աշխատանքային առանցքի նյութը պոլիտետրաֆլուորոէթիլեն: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող երկարություններն են՝ 100սմ և 120սմ, կաթետերի երկարությունը 6 Fr MP1 տեսակի դեպքում՝ 125սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և վիրահատվող հիվանդի քաշից կաթետերի պահանջվող չափերն են՝ 6Fr, 7Fr, 8Fr: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից, վիրահատվող անոթի տեսակից և առանձնահատկություններից կաթետերի ներքին տրամագիծը՝ 6Fr-ի դեպքում՝ 1.8մմ, 7Fr-ի դեպքում,՝ 2.06 կամ 2.08 մմ, 8Fr-ի դեպքում,՝ 2.31մմ: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից և վիրահատվող անոթից կաթետերի պահանջվող տեսակներն են՝ AL 075, AL1, AL1.5, AL2, AL3, AR1, AR2, JL3, JL3.5, JL4.0, JL4.5, JL5, JL6, JR3, JR4, JR4.5, JR5, JR6, EBU3.25, EBU3.5, EBU 3.75,EBU4,EBU4.5,EBU4.75, EBU5,TIG 3, TIG4.5,TIG</p>

			<p>5,BL2.5,BL3,BL3.5,BL4, BL4.5, BR3.5,BR4.0,IMA1.0,BP-L,BP-R,IL3,IL3.5,IL4,IL4.5,IR1,IR1.5,IR2,ER4,VDR-L: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականների առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը: :</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПР-2022/16-45-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
21	Guiding Catheter Heartrail	Terumo	Направляющий катетер для радиальных и феморальных вмешательств, приобретаемый для предоставления услуг стентирования в рамках гос. заказа. Материал рабочей оси катетера - политетрафлюороэтилен. В зависимости от типа и анатомических особенностей оперируемого сосуда требуемая длина катетера составляет 100 см и 120 см, а длина катетера для типа 6 Fr MP1 составляет не менее 125 см. В зависимости от типа оперируемого сосуда и веса оперируемого пациента, требуемый размер катетера - 6Fr, 7Fr, 8Fr. В зависимости от веса оперируемого пациента, типа и особенностей оперируемого сосуда, внутренний диаметр катетеров при 6Fr составляет не более 1,8 мм, при 7Fr, не более 2,06 или 2,08 мм, при 8Fr - не более 2,31 мм. В зависимости от веса оперируемого пациента и оперируемого сосуда, требуемые размеры катетеров являются: AL 075, AL1, AL1.5, AL2, AL3, AR1, AR2, JL3, JL3.5, JL4.0, JL4.5, JL5, JL6, JR3, JR4, JR4.5, JR5, JR6, EBU3.25, EBU3.5, EBU 3.75, EBU4, EBU4.5, EBU4.75, EBU5, TIG 3, TIG4.5, TIG 5, BL2.5, BL3, BL3.5, BL4,

		<p>BL4.5, BR3.5, BR4.0, IMA1.0, BP-L, BP-R, IL3, IL3.5, IL4, IL4.5, IR1, IR1.5, IR2, ER4, VDR-L: CE MARK сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Должен быть новым, неиспользованным, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки. Заказчик имеет право вернуть или заменить размер товара другим при необходимости, при условии наличия по крайней мере 50% от всего срока годности товара.</p>
--	--	---