

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄ ՄԵԴԻՔԼ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/4-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
67	Contour Plus	ASCENSIA Diabetes Care	<p>Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակի որոշման թեսթ-երիզ Contour Plus գլյուկոմետրի համար և պարտադիր համատեղելի Contour Plus գլյուկոմետրի հետ: Չափման ժամանակահատվածը՝ ոչ ավել, քան՝ 5 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 0.6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝0,6մկլ-0.8մկլ: Հեմատոկրիտի թուլատրելի միջակայքը՝0-70%: Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ. ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Տուփում թեստ-երիզների քանակը՝ առնվազն 25 հատ: Ֆորմատ՝ 1 թեսթ-երիզ: Թեստ-երիզների պիտանելիության ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից և մատակարարը պարտադիր ներկայացնելու է կայունության /Stability/ սերտիֆիկատ: Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-45°C: Պահպանման ջերմաստիճան՝ 0-30°C: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: Թեստ-երիզը համապատասխանում է ISO 15197, ISO 13485 չափորոշիչների պահանջներին:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2022/4-9-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
67			