

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-46-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|--------------------|----------------------------|------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 12 | Introducer Femoral 6Fr. | Terumo | Ինտրոդյուսեր կոմպլեկտ ֆեմորալ 6Fr չափսի- պարունակում է՝ ինտրոդյուսեր 10սմ ծայրի երկարությամբ, ունի 0.038" տրամագծով վայեր, 18 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПQP-2022/16-46-БПРZ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|-------------------------|----------------------------|--|
| | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 12 | Introducer Femoral 6Fr. | Terumo | Интродьюсер комплект феморальный размера 6Fr, содержит интродьюсер длиной наконечника 10 см, имеет ваер диаметром 0,038 дюйма, с иглой 18G. Переход дилатора на спринцовку высокой точности, позволяющий погружать интродьюсер в кровеносный сосуд без дополнительных вмешательств (например, лезвия скальпеля). Обязательным условием является наличие сertificate качества CE MARK для любого количества доставляемого товара. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайнер мере 50% полного срока годности на момент доставки. |