

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2022/16-46-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Standard Radifocus M	Terumo	<p>Ուղղորդիչ լարի առանցքը նիտինոլից է (փափուկ), պատված վոլֆրամ պարունակող պոլիուրետանի շերտով, ռենտգենոկոնտրաստ: Ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությանն է՝ 260 սմ: Պատված է հատուկ հիդրոֆիլիկ ծածկույթով և գերճկուն է: Ծայրի ճկուն մասի երկարությունը 3 սմ է, ձևը՝ անկյունային: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից պահանջվող չափսն ըստ տրամագծի՝ 0.038" (0.97 մմ): Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա</p>

			ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦХЦПЗР-2022/16-46-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
16	Standard Radifocus M	Terumo	<p>Ось проводникового шнура из нитинола (мягкий), покрыт рентгенконтрастным вольфрам содержащим полиуретановым слоем, Требуемая длина для проводникового шнура - 260 мм, с гидрофильным покрытием и гипер гибкий. Длина гибкой части наконечника должна быть 3см, форма угловая. В зависимости от индивидуальных особенностей оперируемого сосуда- требования к длине 0.038" (0.97 мм).</p> <p>Обязательным условием является наличие сертификата качества CE MARK, для любого количества доставляемого товара. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. На момент поставки имеет не менее 50% от всего срока действия.</p>