ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/365 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Ֆիրմայի անվանումը	Ապրանքային նշան	Մակնիշ	Արտադրողի անվանում	Թվային ստացիոնար ուլտրաձայնային բարձրակարգ համակարգ, նախատեսված ընդհանուր ախտորոշման, էխոսրտագրության, դոպլեր-դուպլեքս հետազոտության, տրանսկրանիալ դոպլերի, մանր դետալների և մակերեսային գոյացությունների հետազոտման համար: Ճառագայթի թվային ձևավորիչը, ոչ պակաս, քան՝ 12 բիթ Դինամիկ տիրույթը, առնվազն՝ 208 Դբ Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորման առկայություն Էխո-

						ազդանշանների զուգահեռ մշակման առկայություն Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակման առկայություն Ֆոկուսներ ազդանշանի փոխանցման ժամանակ, առնվազն՝ 8 Սկանավորման խորությունը ոչ պակաս, քան՝ 33 սմ Պատկերի մեծացում մասշտաբի իրական ժամանակում ոչ պակաս, քան՝ 25 անգամ Պատկերների սեգմենտար մեծացման առկայություն, B-ռեժիմի առկայություն Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, առնվազն՝ 9, Կադրերի առավելագույն հաճախականությունը ոչ պակաս, քան՝ 500 կադր/վրկ M-ռեժիմի առկայություն Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, առնվազն՝ 9, B- և M- ռեժիմների համակցում, B-, M- և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցում, Իմպուլս-ալիքային դոպլերի առկայություն Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, առնվազն՝ 12 Անկյան կորեկցիան +/-90o, քայլը՝ 1o PRF տիրույթը ոչ պակաս, քան՝ 500-27900 Հց. , Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը, ոչ

						պակաս, քան՝ 37,8 մ/վրկ. Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը, ոչ ավել, քան՝ 0,02 սմ/վրկ. Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծման առկայություն B- и PW-ռեժիմների համակցում ռեալ ժամանակում Անընդհատ-ալիքային դոպլերի առկայություն Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը, ոչ պակաս, քան՝ 44 մ/վրկ. Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը, ոչ ավել, քան՝ 3,2 սմ/վրկ. Անկյան կորեկցիան +/-90o, քայլը՝ 1o Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծման առկայություն Գունավոր դոպլերի առկայություն PRF տիրույթը ոչ պակաս, քան՝ 400 – 17900 Հց Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը, առնվազն՝ 384 սմ/վրկ. Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը, առնվազն՝ 0,4 սմ/վրկ. Գունավորման քարտեզների քանակը՝ ոչ պակաս, քան՝ 15 Գունավոր դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ՝ 387, B- և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը

						իրական ժամանակում, B-, M - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, B-, PW - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, Էներգետիկ դոպլերի առկայություն PRF տիրույթը ոչ պակաս, քան՝ 400 – 17900 Հց, Գունային քարտեզների քանակը, առնվազն՝ 11 Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ, առնվազն՝ 387 B- և էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում B-, PW- և էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում Հյուսվածքային դոպլեր PRF հյուսվածքային դոպլերի համար, ոչ պակաս, քան՝ 2100-13900 Հց, Հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ, առնվազն՝ 1019 B-, PW - և հյուսվածքային դոպլերի ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում Անոթների

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱ ԴԶԲ-22/365 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					հունի պատկերավորման ռեժիմ բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ – կատարելագործված դինամիկ հոսք Հյուսվածքային հարմոնիկա Հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ հիմնական հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ Բարդ բազմաալիքային պատկերավորում իրական ժամանակում Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B- և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցումով Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-ռեժիմում կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմի համակցումով Տարածական և հաճախականային կոդավորման ռեժիմ իրական մասշտաբային ժամանակում՝ համակցված աղմուկի նվազման մեթոդիկայով B- ռեժիմում տարածական և հաճախականային կոդավորման իրական մասշտաբային ժամանակում համակցված աղմուկի նվազման մեթոդիկայով B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային

						ժամանակում աղմուկի նվազման մեթոդով՝ համակցված գունավոր դոպլեր ռեժիմով, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում աղմուկի նվազման մեթոդով՝ համակցված կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմով; Ճշգրիտ պատկերավորում - բազմաթիվ կից ուլտրաձայնային գծերի միաժամանակյա մշակում իրական ժամանակում էխոազդանշանի ուժեղացման և աղմուկի նվազման համար Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված արյան հոսքի գունավոր դոպլեր ռեժիմի հետ Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմի հետ Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված կատարելագործված դինամիկ հոսքի հետ Էլաստոգրաֆիայի ծրագրի առկայություն Պանորամային սկանավորման ծրագրի առկայություն Վիրտուալ կոնվեքսի առկայություն 3D/4D շրագրի

						ավելացման հնարավորություն Սթրեսս-թեստային սրտաբանական ծրագրի ավելացման հնարավորություն Ինֆորմացիայի պահպանում և արտահանում Ներկառուցված աշխատանքային կայանի առկայություն Համակարգի ծրագրային ապահովման արագագործ աշխատանք Տեսահանգույց, ոչ պակաս, քան՝ 2700 կադր/վրկ Ստատիկ պատկերների արխիվացում հետևյալ ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, DICOM Ստատիկ պատկերների արխիվացում DVD/CD-RW սկավառակի վրա հետևյալ ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, DICOM Դինամիկ պատկերների արխիվացում հետևյալ ֆորմատներով՝ MPEG-4, CinePack/WMV9, DICOM Դինամիկ պատկերների արխիվացում DVD/CD-RW սկավառակի վրա հետևյալ ֆորմատներով՝ MPEG-4, CinePack/WMV9, DICOM Տվյալների անմիջական տեղափոխում USB քարտի վրա հետևյալ ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, AVI, MPEG, Cinepack/WMV9, DICOM

						"Թարմ" տվյալների պահպանում ներքին կամ արտաքին աշխատանքային միջավայրերում՝ հետագա վերամշակման հնարավորությամբ Կառավարման վահանակ Հեղուկ-բյուրեղային, հպումով կառավարվող էկրան, տրամագիծը՝ 8,4” Մոնիտոր TFT մոնիտոր, ոչ պակաս, քան՝ 21,5” Թողունակությունը, առնվազն՝ 1920x1080 Դիտարկման անկյունը, ոչ պակաս, քան՝ 90 աստիճան Տվիչների միացման պորտերի քանակ, ոչ պակաս, քան՝3 Մատակարարման հավաքակազմը՝ Սարք ներբեռնած վերոնշյալ նկարագրված ծրագրերով, Տվիչներ՝ 1. Կոնվեքսային տվիչ, Հաճախականությունը, ոչ պակաս, քան՝ 2-5 ՄՀց, Էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝128 Դիտարկման անկյունը ոչ պակաս, քան՝ 58 աստիճան, Շառավիղը, ոչ պակաս, քան՝ 50 մմ, Ապահովվող ռեժիմները՝ հյուսվածքային հարմոնիկա, իմպուլս-ալիքային դոպլեր, գունավոր դոպլեր, էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, մազանոթային հունի

						պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, ճշգրիտ պատկերավորում 2. Գծային տվիչ Հախականությունը ոչ պակաս, քան՝ 5-13 ՄՀց, Էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝128 Ապահովվող ռեժիմները - հյուսվածքային հարմոնիկա, իմպուլս-ալիքային դոպլեր, գունավոր դոպլեր, էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, մազանոթային հունի պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, տրապեցանման սկանավորում, ճշգրիտ պատկերավորում 3. Սեկտորային տվիչ Հախականությունը ոչ պակաս, քան՝ 2-4 ՄՀց, Էլեմենտների քանակը, ոչ պակաս, քան՝ 64 Դիտարկման անկյունը, առնվազն՝ 90 աստիճան, Ապահովվող ռեժիմները - հյուսվածքային հարմոնիկա, իմպուլս-ալիքային դոպլեր, անընդհատ-ալիքային դոպլեր գունավոր դոպլեր, էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, ճշգրիտ պատկերավորում Թվային սև-

					սպիտակ տպիչ Համապատասխան հզորության անխափան սնուցման սարք Օգտագործողի ձեռնարկ Այլ պայմաններ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Առնվազն՝ 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում սերտիֆիկացված ինժեների կողմից: Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում արտադրողի կողմից հաստատված ժամանակացույցով պրոֆիլակտիկ տեխսպասարկման աշխատանքների իրականացում՝ սերտիֆիկացված ինժեների կողմից Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 կամ համարժեք ISO 9001:2015 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով: