

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տելիա-Մեդ ՓԲԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊԶԲ-22/365 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	XINDRAY MEDICAL INTERNATIONAL CO., LIMITED	XINDRAY XRP100	XRP100	XINDRAY	Շարժական ռենտգեն համակարգ, նախատեսված պալատային ռենտգենոգրաֆիաների, բաժանմունքից բաժանմունք և ռեանիմացիոն բլոկ հեշտ տեղաշարժման համար: Գեներատոր Առավելագույն ելքային հզորություն (կՎտ) Առնվազն 4 կՎտ Խողովակի լարման միջակայք (կՎ) Առնվազն 40~110 կՎ, յուրաքանչյուր քայլը 1կՎ Խողովակի հոսանքի միջակայք (մԱ) Առնվազն 10~100 մԱ Էքսպոզիցիայի միջակայք (մԱվ) առավելագույնը 0.4~200 մԱվ Անոդի ջերմունակությունը, առնվազն`

42,000ՋՄ Ֆոկալ բիծ (մմ) փոքրը՝ ոչ պակաս, քան 0.5մմ, մեծը՝ ոչ ավել, քան 1.8մմ Ընդհանուր ֆիլտրում Առնվազն 2մմ AI կոլիմատորը ներառյալ Կոլիմատոր Անընդհատ կարգավորում խաչաձև ցուցիչով՝ պատկերի ստացման դիրքը որոշելու համար (պտտման ֆունկցիայի ընտրանքով) Լիցքավորման ժամանակ Առավելագույնը 3ժ Սպասողական ժամանակ  $\geq 7.5$ ժ Գեներատորի եռոտանի կանգնակ Գեներատորի պտտման անկյուն Հորիզոնական՝ 360° Ուղղահայաց՝ 360° Դյուրակիր և տեղափոխման հարմար պարկով Դետեկտոր Ընկալիչի տեսակ Ամորֆ սիլիկոն կամ ցեզիումի յոդիդ Պիքսելի չափ Առավելագույնը 150 մկմ Պիքսելի մատրիցա Առնվազն 2300x2800 Տարածական լուծելիություն ոչ պակաս, քան՝ 3.3 lp/mm Լիցքավորված մարկտոցով աշխատանքի մասքիմալ ժամանակը ոչ պակաս, քան՝ 4ժ Թվային պատկերների ստացման ծրագրային ապահովում Ներառում է առնվազն. անհատականացված ինտերֆեյս, պացիենտի գրանցում, պատկերի

ստացում և մշակում, կտրում,  
նեգատիվ, պատկերի շրջում,  
պտտում, խոշորացում,  
մեկնաբանում, շարժում,  
ցուցաբերում, պատկերի  
պատուհանի  
լայնության/մակարդակի  
կառավարում, DICOM պատկերի  
փոխանցում, աշխատանքային  
ցուցակի կազմում,  
վիճակագրություն և հերթագրում  
Թվային պատկերի ստացում,  
աշխատանքային կայան (սոուֆթուեթ)  
Էկրանի չափ՝ առնվազն 14-դյույմ,  
CPU: Intel Core i5 կամ ավելի բարձր,  
Օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն  
4ԳԲ, Կոշտ սկավառակի  
հիշողություն՝ առնվազն 500ԳԲ,  
Արտադրողի կողմից նախապես  
տեղադրված Թվային պատկերների  
ստացման ծրագրային  
ապահովմամբ Հատուկ ճամպրուկ՝  
գեներատորի, դետեկտորի և  
սոուֆթուեթի միաժամանակյա  
տեղավորման համար:  
Աքսեսուարներ (առնվազն)  
Դյուրակիր ռենտգեն գեներատոր  
(հնարավորության դեպքում  
ներկառուցված մարտկոցով),

Ռենտգեն գեներատորի կանգնակ,  
Հարթ պանելային դետեկտոր, Կոշտ  
պլաստիկից ճամպրուկ՝  
գեներատորի, դետեկտորի և  
նոութբուքի միաժամանակյա  
տեղավորման համար: Նոութբուք՝  
թվային պատկերի ստացման  
ծրագրային ապահովմամբ,  
Էքսպոզիցիայի հեռակառավարման  
վահանակ , Էլեկտրոնային բանալի  
Լիցքավորիչ AC հոսանքի լար  
Շահագործման ձեռնարկ Այլ  
պայմաններ Առնվազն 12 ամիս  
Երաշխիք սպասարկում  
սերտիֆիկացված ինժեների կողմից՝  
այդ թվում ռենտգենյան խողովակի  
համար: Երաշխիքային  
սպասարկման ընթացքում  
արտադրողի կողմից հաստատված  
ժամանակացույցով պրոֆիլակտիկ  
տեխսպասարկման  
աշխատանքների իրականացում՝  
սերտիֆիկացված ինժեների  
կողմիցամբողջ համակարգի,  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
սերտիֆիկացված մասնագետի  
կողմից Սարքը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված և արտադրված ոչ  
ուշ քան մատակարարման օրվանից

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ЗАО Телиа-Мед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EGSU 12F-22/365 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара

12 ամսվա ընթացքում Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485 կամ համարժեք ISO 9001:2015 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Սարքի առաքումը և տեղադրումը պետք է կատարվի մատակարարի կողմից՝ աստվածապարի կողմից նշված հասցեով:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					