

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանատ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/365 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	DrGEM Corporation	Jade-40, DrGEM Corporation	Jade-40	DrGEM Corporation	Շարժական ռենտգեն համակարգ, նախատեսված պալատային ռենտգենոգրաֆիաների, բաժանմունքից բաժանմունք և ռեանիմացիոն բլոկ հեշտ տեղաշարժման համար: Գեներատոր Առավելագույն ելքային հզորություն (կՎտ)` 4 կՎտ, Խողովակի լարման միջակայք (կՎ)` 40-120 կՎ Խողովակի հոսանքի միջակայք (մԱ)` 10~100 մԱ Էքսպոզիցիայի միջակայք (մԱվ) առավելագույնը 0.1~250 մԱվ: Անոդի ջերմունակությունը` 56,000ՋՄ Ֆոկալ բիծ (մմ)` փոքրը` 0.5մմ, մեծը` 1.5մմ

Ընդհանուր ֆիլտրում՝ 2մմ AI
կոլիմատորը ներառյալ, Կոլիմատոր՝
անընդհատ կարգավորում խաչաձև
ցուցիչով՝ պատկերի ստացման
դիրքը որոշելու համար (պտտման
ֆունկցիայի ընտրանքով):
Գեներատորի կանգնակ, Անիվների
առկայություն, Գեներատորի
պտտման անկյուն 360° X/Y
առանցքի շուրջ: Հարթակ
սուղբուղի համար Հեշտ
կառավարվող և տեղաշարժվող:
Դետեկտոր Ընկալիչի տեսակ
ցեզիումի յոդիդ, Պիքսելի չափ 150
մկմ, Պիքսելի մատրիցա 2784x2887
Տարածական լուծելիություն՝ 3.6
Լք/մմ Լիցքավորված մարկտոցով
աշխատանքի մասքիմալ
ժամանակը՝ 8ժ: Թվային
պատկերների ստացման ծրագրային
ապահովում, Ներառում է
անհատականացված ինտերֆեյս,
պացիենտի գրանցում, պատկերի
ստացում և մշակում, կտրում,
նեգատիվ, պատկերի շրջում,
պտտում, խոշորացում,
մեկնաբանում, շարժում,
ցուցաբերում, պատկերի
պատուհանի

լայնության/մակարդակի կառավարում, DICOM պատկերի փոխանցում, աշխատանքային ցուցակի կազմում, վիճակագրություն և հերթագրում թվային պատկերի ստացում, աշխատանքային կայան (Նոութբուք) Էկրանի չափ՝ 15-դյույմ, CPU: Intel Core i5, Օպերատիվ հիշողություն՝ 4ԳԲ, Կոշտ սկավառակի հիշողություն՝ 500ԳԲ, Արտադրողի կողմից նախապես տեղադրված թվային պատկերների ստացման ծրագրային ապահովմամբ: Աքսեսուարներ՝ Դյուրակիր ռենտգեն գեներատոր, Ռենտգեն գեներատորի կանգնակ, Հարթ պանելային դետեկտոր, Նոութբուք՝ թվային պատկերի ստացման ծրագրային ապահովմամբ, Էքսպոզիցիայի հեռակառավարման վահանակ, Էլեկտրոնային բանալի, Լիցքավորիչ AC հոսանքի լար, Շահագործման ձեռնարկ: Այլ պայմաններ՝ 12 ամիս երաշխիք, սպասարկում սերտիֆիկացված ինժեների կողմից՝ այդ թվում ռենտգենյան խողովակի համար: Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում

				<p>արտադրողի կողմից հաստատված ժամանակացույցով պրոֆիլակտիկ տեխսպասարկման աշխատանքների իրականացում՝ սերտիֆիկացված ինժեների կողմից ամբողջ համակարգի, Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Սարքը Նոր Է, չօգտագործված և արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485, ISO 9001:2015, CE Mark (Directive 93/42/EEC): Սարքի առաքումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦΔЦΠΩР-22/365 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					