ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիավանտ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/365 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Canon Medical Systems	Xario 100G, Canon Medical Systems	Xario 100G	Canon Medical Systems	Թվային ստացիոնար ուլտրաձայնային բարձրակարգ համակարգ, նախատեսված ընդհանուր ախտորոշման, էխոսրտագրության, դոպլեր-դուպլեքս հետազոտության, տրանսկրանիալ դոպլերի, մանր դետալների և մակերեսային գոյացությունների հետազոտման համար: Ճառագայթի թվային ձևավորիչը՝ 12 բիթ Դինամիկ տիրույթը՝ 208 Դբ Լայնաշերտ և մուլտիհաճախականության սկանավորման առկայություն Էխո-ազդանշանների զուգահեռ մշակման

						առկայություն Էխո-ազդանշանների քառալիքանի մշակման առկայություն Ֆոկուսներ ազդանշանի փոխանցման ժամանակ՝ 8 Սկանավորման խորությունը՝ 40 սմ: Պատկերի մեծացում մասշտաբի իրական ժամանակում՝ 27 անգամ Պատկերների սեգմենտար մեծացման առկայություն, B-ռեժիմի առկայություն Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը, առնվազն՝ 12, Կադրերի առավելագույն հաճախականությունը՝ 500 կադր/վրկ, M-ռեժիմի առկայություն Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը՝ 12, B- և M- ռեժիմների համակցում, B-, M- և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցում, Իմպուլս-ալիքային դոպլերի առկայություն Կեղծ գունավորման քարտեզների քանակը՝ 12 Անկյան կորեկցիան +/-90o, քայլը՝ 1o PRF տիրույթը՝ 500-27900 Հց. , Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը՝ 37,8 մ/վրկ. Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը՝ 0,02 սմ/վրկ. Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծման

						առկայություն B- и PW-ռեժիմների համակցում ռեալ ժամանակում Անընդհատ-ալիքային դոպլերի առկայություն Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը՝ 44 մ/վրկ. Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը՝ 3,2 սմ/վրկ. Անկյան կորեկցիան +/-90o, քայլը՝ 1o Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծման առկայություն Գունավոր դոպլերի առկայություն PRF տիրույթը՝ 400 – 27900 Հց Հայտնաբերվող մաքսիմալ արագությունը՝ 384 սմ/վրկ. Հայտնաբերվող մինիմալ արագությունը՝ 0,4 սմ/վրկ. Գունավորման քարտեզների քանակը՝ 15: Գունավոր դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ՝ 387, B- և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, B-, M - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, B-, PW - և գունավոր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում, Էներգետիկ դոպլերի

						առկայություն PRF տիրույթը՝ 400 – 27900 Հց, Գունային քարտեզների քանակը՝ 11 Էներգետիկ դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ՝ 387 B- և էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում B-, PW- և էներգետիկ դոպլեր ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում Հյուսվածքային դոպլեր PRF հյուսվածքային դոպլերի համար՝ 2100-13900 Հց, Հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում կադրերի հաճախականությունը/վրկ՝ 1019 B-, PW - և հյուսվածքային դոպլերի ռեժիմների համակցված պատկերավորումը իրական ժամանակում Անոթների հունի պատկերավորման ռեժիմ բարձր տարածական/ժամանակային լուծմամբ – կատարելագործված դինամիկ հոսք Հյուսվածքային հարմոնիկա Հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ հիմնական հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ Բարդ բազմաալիքային պատկերավորում իրական

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/365 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Технические характеристики
4					ժամանակում Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B- և գունավոր դոպլեր ռեժիմների համակցումով Բարդ բազմաալիքային պատկերավորումը B-ռեժիմում կատարելագործված դինամիկ հոսքի ռեժիմի համակցումով Տարածական և հաճախականային կոդավորման ռեժիմ իրական մասշտաբային ժամանակում՝ համակցված աղմուկի նվազման մեթոդիկայով B- ռեժիմում տարածական և հաճախականային կոդավորման իրական մասշտաբային ժամանակում համակցված աղմուկի նվազման մեթոդիկայով B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում աղմուկի նվազման մեթոդով՝ համակցված գունավոր դոպլեր ռեժիմով, B- ռեժիմում տարածական և հաճախականության կոդավորում իրական մասշտաբային ժամանակում աղմուկի նվազման մեթոդով՝ համակցված կատարելագործված դինամիկ հոսքի

						ռեժիմով; Ճշգրիտ պատկերավորում - բազմաթիվ կից ուլտրաձայնային գծերի միաժամանակյա մշակում իրական ժամանակում էխոազդանշանի ուժեղացման և աղմուկի նվազման համար Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված արյան հոսքի գունավոր դոպլեր ռեժիմի հետ Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմի հետ Ճշգրիտ պատկերավորում B-ռեժիմում համակցված կատարելագործված դինամիկ հոսքի հետ Էլաստոգրաֆիայի ծրագրի առկայություն Պանորամային սկանավորման ծրագրի առկայություն Վիրտուալ կոնվեքսի առկայություն 3D/4D շրագրի ավելացման հնարավորություն Սթրեսս-թեստային սրտաբանական ծրագրի ավելացման հնարավորություն Ինֆորմացիայի պահպանում և արտահանում Ներկառուցված աշխատանքային կայանի առկայություն Համակարգի ծրագրային ապահովման արագագործ աշխատանք

						Տեսահանգույց՝ 2700 կադր/վրկ Ստատիկ պատկերների արխիվացում հետևյալ ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, DICOM Ստատիկ պատկերների արխիվացում DVD/CD-RW սկավառակի վրա հետևյալ ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, DICOM Դինամիկ պատկերների արխիվացում հետևյալ ֆորմատներով՝ MPEG-4, CinePack/WMV9, DICOM Դինամիկ պատկերների արխիվացում DVD/CD-RW սկավառակի վրա հետևյալ ֆորմատներով՝ MPEG-4, CinePack/WMV9, DICOM Տվյալների անմիջական տեղափոխում USB քարտի վրա հետևյալ ֆորմատներով՝ jpeg, bmp, AVI, MPEG, Cinepack/WMV9, DICOM "Թարմ" տվյալների պահպանում ներքին կամ արտաքին աշխատանքային միջավայրերում՝ հետագա վերամշակման հնարավորությամբ Կառավարման վահանակ Հեղուկ-բյուրեղային, հպումով կառավարվող էկրան, տրամագիծը՝ 8,4” Մոնիտոր TFT մոնիտոր՝ 21,5” Թողունակությունը՝

						1920x1080 Դիտարկման անկյունը՝ 90 աստիճան Տվիչների միացման պորտերի քանակ՝ 3: Մատակարարման հավաքակազմը՝ Սարք ներբեռնած վերոնշյալ նկարագրված ծրագրերով, Տվիչներ՝ 1. Կոնվեքսային տվիչ, Հաճախականությունը՝ 1-6 ՄՀց, Էլեմենտների քանակը՝160 Դիտարկման անկյունը՝ 70 աստիճան, Շառավիղը՝ 50 մմ, Ապահովվող ռեժիմները՝ հյուսվածքային հարմոնիկա, իմպուլս-ալիքային դոպլեր, գունավոր դոպլեր, էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, մազանոթային հունի պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, ճշգրիտ պատկերավորում 2. Գծային տվիչ Հախականությունը ՝ 5-14 ՄՀց, Էլեմենտների քանակը՝192, Ապահովվող ռեժիմները - հյուսվածքային հարմոնիկա, իմպուլս-ալիքային դոպլեր, գունավոր դոպլեր, էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, մազանոթային հունի

						պատկերավորում բարձր տարածական/ժամանակային հնարավորությամբ, տրապեցանման սկանավորում, ճշգրիտ պատկերավորում 3. Սեկտորային տվիչ Հախականությունը՝ 1-5 ՄՀց, Էլեմենտների քանակը՝ 64 Դիտարկման անկյունը՝ 90 աստիճան, Ապահովվող ռեժիմները - հյուսվածքային հարմոնիկա, իմպուլս-ալիքային դոպլեր, անընդհատ-ալիքային դոպլեր գունավոր դոպլեր, էներգետիկ դոպլեր, բարելավված դինամիկ հոսք, ճշգրիտ պատկերավորում Թվային սև-սպիտակ տպիչ Համապատասխան հզորության անխափան սնուցման սարք Օգտագործողի ձեռնարկ Այլ պայմաններ Սարքը նոր է, չօգտագործված և արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում: Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից՝ 12 ամիս երաշխիքային սպասարկում սերտիֆիկացված ինժեների կողմից: Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում

					արտադրողի կողմից հաստատված ժամանակացույցով պրոֆիլակտիկ տեխսպասարկման աշխատանքների իրականացում՝ սերտիֆիկացված ինժեների կողմից Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO 13485, ISO 9001:2015, CE Mark (Directive 93/42/EEC), FDA: Սարքի առաքումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից՝ պատվիրատուի կողմից նշված հասցեով: