

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	Թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) որոշման թեստ- հավաքածու	TSH	CTK BioTech	Թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96 թեստ: Կորեյացիայի գործակից՝ 0.998, չափման դիապազոն՝ մինչև 20mIU/ml low end, hook effect մինչև 4000mIU/ml: CE mark կամ ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԿԾ-ՈՐԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԲՆԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
55	Թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) որոշման թեստ-հավաքածու	TSH	CTK BioTech	Թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) որոշման թեստ-հավաքածու ԻՖԱ ELISA 96 թեստ: Կորեյացիայի գործակից՝ 0.998, չափման դիապազոն՝ մինչև 20mIU/ml low end, hook effect մինչև 4000mIU/ml: CE mark կամ ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8oC, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: