

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2022/16-47-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Chikai	Asahi Intecc	<p>Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ միկրոուղելար, որը նախատեսված է գարկերակային անևրիզմաների կամ սուր իշեմիկ կաթվածի ներանոթային բուժման համար: Ունի ճիշտ պտտվող համակարգ՝ անոթների բարդ անատոմիական հատվածներում առաջխաղացման համար, հիդրոֆիլիկ հատուկ ծածկույթի շնորհիվ կարելի է համատեղել փոքր ներքին տրամագիծ ունեցող միկրոկաթետերների հետ: Պահանջվող երկարությունը՝ 200սմ է, ծայրակալի ռեստգեն տեսանելի հատվածի երկարությունը՝ 3սմ, հիդրոֆիլիկ ծածկույթի երկարությունը՝ 40սմ, արտաքին տրամագիծը դիստալ հատվածում՝ 0.3 մմ (0.012դյույմ), պրոքսիմալ հատվածում՝ 0.36 մմ (0.014դյույմ), ծայրակալի տեսակը՝ ուղիղ, մեխանիկորեն վերածնելու հնարավորությամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական</p>

			<p>օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էքզիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2022/16-47-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
24	Chikai	Asahi Intecc	<p>Նեյրովասկուլյար ուղղորդիչ միկրոուղելար, որը նախատեսված է գարկերակային անևրիզմաների կամ սուր իշեմիկ կաթվածի ներանոթային բուժման համար: Ունի ճիշտ պտտվող համակարգ՝ անոթների բարդ անատոմիական հատվածներում առաջխաղացման համար, հիդրոֆիլիկ հատուկ ծածկույթի շնորհիվ կարելի է համատեղել փոքր ներքին տրամագիծ ունեցող միկրոկաթետերների հետ: Պահանջվող երկարությունը՝ 200սմ է, ծայրակալի ռենտգեն տեսանելի հատվածի երկարությունը՝ 3սմ, հիդրոֆիլիկ ծածկույթի երկարությունը՝ 40սմ, արտաքին տրամագիծը դիստալ հատվածում՝ 0.3 մմ (0.012դյույմ), պրոքսիմալ հատվածում՝ 0.36 մմ (0.014դյույմ), ծայրակալի տեսակը՝ ուղիղ, մեխանիկորեն վերաձևելու հնարավորությամբ: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն: «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական</p>

			<p>օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»: Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էքզիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:</p>
--	--	--	---