

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՎԾ-ՌԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՐԱՅՔԼԲԼԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
47	Անիոս Լաբորատորիաներ	Ստերանիոս	Անիոս Լաբորատորիաներ	<p>Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 20%, հակակոռոզիոն հավելումներ,կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը- 0.5 լիտր կամ այլ ծավալի պոլիէթիլենային տարա: 0,5լիտր խտանյութից պատրաստվում է 2% 5լիտր աշխատանքային լուծույթ` բազմակի օգտագործման համար, որի պիտանելիության ժամկետը 30 օր է: Խտանյութից աշխատանքային լուծույթ պատրաստվում է ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Ունի թեստ զուլեր լուծույթի պիտանելիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 5,5-6,5: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, Էնդոսկոպների ախտահանման,բարձր մակարդակի ախտահանման,մանրէազերծման և սպորազերծման</p>

			<p>համար: Ախտահանման տևողությունը 10 րոպե: Բարձր մակարդակի ախտահանման տևողությունը 10 րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը 60 րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Ունի որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: Մատակարարման պահին խտանյութի պիտանելիության ժամկետի առկայություն, հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Ֆիրմայի նշումով:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արմենֆարմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-23/1-ԴԵՂՈՂԱՅՔԱԲԼԱ նախքան ներկայումս ներկայացնում է լրիվ նկարագրությունը առաջարկվող ապրանքի:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
47				