

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/15-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	MAGLUMI Starter 1+2	Snibe Diagnostic	Maglumi աշխատանքային լուծույթ Starter 1+2, նախատեսված Maglumi 600 և 800 վերլուծիչներով աշխատելու համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 2x230մլ տուփում/հատ: Նոր Է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 15-30°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող Maglumi 600 և Maglumi 800 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն Maglumi աշխատանքային լուծույթ Starter 1+2 օրիգինալ լուծույթով:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПФ-2023/15-1-ЕПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5			