

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար.մեդտեխնիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	GE	GE Healthcare	<p>GE Healthcare արտադրության VIVID T8 մոդելի ուլտրաձայնային համակարգի օրիգինալ սեկտորային տվիչ: Սեկտորային տվիչ՝ նախատեսված սրտի հետազոտության համար: Հաճախականությունների միջակայքը/տիրույթը/ ոչ պակաս, քան՝ 1,3 - 4,0 մՀց: Էլեմենտների քանակը ոչ պակաս, քան՝ 64: Սքանավորվման տարածքի լայնությունը ոչ ավել, քան՝ 18,4x23,7 մմ: Էկրանի վրա ցուցադրվող B-ռեժիմի կենտրոնական հաճախականությունների քանակը ոչ պակաս, քան՝ 4: Սքանավորման անկյան փոփոխություն՝ ±60 °: Բիոպսիայի ադապտերի միացման հնարավորություն: Տվիչը նոր է, չօգտագործված: Տեղադրումը և հետագա սպասարկումը իրականացվելու է GE Healthcare ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ մոնտաժը, կարգավորումները, անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից՝ ոչ պակաս, քան 12 ամիս, համապատասխան արտադրողի շահագործման պայմանների: Տվիչը տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային</p>

			<p>վիճակի: Արժեքն իր մեջ ներառում է նաև փոխարինման ենթակա խափանված տվիչի վերադարձը տվիչն արտադրող կազմակերպությանը: Վերադարձի կազմակերպումը և կատարումն իրականացվելու է մատակարարի կողմից և իր միջոցներով:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ар.Медтехника ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2023/16-2-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3			