

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
47	Eliminate,	Terumo	Պետական պատվերով ստեղծված ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ասպիրացիոն կաթետեր, դիստալ չափը ` 1.7մմ, պրոքսիմալ չափը ` 1.4մմ, քաշող մակերեսը դիստալ մասում ` 0.79մմ քառ., պրոքսիմալ հատվածում ` 0.95մմ քառ. մուտքի պրոֆիլը ` 0.019", հիդրոֆիլիկ ծածկույթ ` 40սմ, աշխատող սեգմենտը ` RX= 23սմ: Ֆորմատ` հատ: CE MARK որակի վկայականի առկայություն: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները` գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2023/16-3-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
47	Eliminate,	Terumo	Аспирационный катетер, приобретаемый для предоставления услуг стентирования в рамках гос. заказа, дистальный размер 1,7 мм, проксимальный размер 1,4 мм, площадь вытяжения 0,79 кв. мм, в проксимальной части - менее 0,95 кв. мм. входной профиль 0,019 ", гидрофильное покрытие 40 см, рабочий сегмент RX = 23 см. Формат: шт. CE MARK сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки.