

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-3-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Maverick	Բոստոն Սայենտիֆիկ	<p>Դիլատացիոն կաթետեր` ընդլայնվող գնդանոթով (բալոնային կաթետեր): Կաթետերի կառուցվածքը հիպոթուբի տեսքով, աստիճանաբար նեղանում է դիստալ հատվածում: Հիպոթուբի պրոքսիմալ շաֆթը ծածկված է պոլիմերային ծածկույթով, կաթետերի դիստալ հատվածը` հիդրոֆիլ, և պրոքսիմալ հատվածը` հիդրոֆոբ ծածկույթով: Բալոնը և պոլիմերային նյութի ճկուն ծայրը միացված են լազերային գոդման տեխնոլոգիայի միջոցով: Բալոնը տեղադրված է շաֆթի վրա հինգ-թերթիկակա տեխնոլոգիայով: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` 9, 12, 15, 20, 25, 30 մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի` 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 մմ: Կաթետերի երկարությունը` 150 սմ ($\pm 2\%$): Մուտքային պրոֆիլը` 0.017"/0.43 մմ ($\pm 2\%$) 3.5 մմ երկարությամբ: Նոմինալ ճնշումը` 6 մթն: Առավելագույն պայթման ճնշումը` 14 մթն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի</p>

		<p>վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2023/16-3-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8	Maverick	Բոստոն Սայենսիֆիկ	Դիլատացիոն կաթետեր՝ ընդլայնվող գնդանոթով (բալոնային կաթետեր): Կաթետերի կառուցվածքը հիպոթոլի տեսքով, աստիճանաբար նեղանում է դիստալ հատվածում: Հիպոթոլի պրոքսիմալ շաֆթը ծածկված է պոլիմերային ծածկույթով, կաթետերի դիստալ հատվածը՝ հիդրոֆիլ, և պրոքսիմալ հատվածը՝ հիդրոֆոբ ծածկույթով: Բալոնը և պոլիմերային նյութի ճկուն ծայրը միացված են լազերային գոդման տեխնոլոգիայի միջոցով: Բալոնը տեղադրված է շաֆթի վրա հինգ-թերթիկանի տեխնոլոգիայով: Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 9, 12, 15, 20, 25, 30 մմ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից բալոնի պահանջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 մմ: Կաթետերի երկարությունը՝ 150 սմ ($\pm 2\%$): Մուտքային պրոֆիլը՝ 0.017"/0.43 մմ ($\pm 2\%$) 3.5 մմ երկարությամբ: Նոմինալ ճնշումը՝ 6 մթն: Առավելագույն պայթման ճնշումը՝ 14 մթն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի

		<p>վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն: Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ անհրաժեշտության վերադարձնել կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:</p>
--	--	---