

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՄԱ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/15-5-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	ABX DIFFTROL 2L	HORIBA ABX SAS	<p>Ստուգիչ հեղուկ ցածր ABX DIFFTROL 2L, նախատեսված HORIBA Yumizen H500, H550 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչների համար:</p> <p>Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 2x3մլ տուփում/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8°C: Ֆիրմային նշանի առկայությունը փաթեթի վրա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: For In Vitro Diagnostic:</p> <p>Ապրանքը մատակարարելիս որակի սերտիֆիկատի/ների առկայությունը պարտադիր է: Գնման առարկան նախատեսված է համալսարանական հիվանդանոցներում շահագործվող HORIBA Yumizen H500, H550 (հանդիսանում են փակ համակարգեր) հեմատոլոգիական վերլուծիչներով աշխատելու համար, որոնք կարող են աշխատել միայն ABX DIFFTROL 2L օրիգինալ ստուգիչ հեղուկով: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПФ-2023/15-5-ЕПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
39			