

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	GT-XSP-136C	Greetmed	<p>Լուսային բիսօկուլյար մանրադիտակ: Ոսպնյակների խոշորացումը՝ 4x, 10x, 40x, 100x խոշորացում: Լայն շրջանակի օկուլյար՝ WF10x ;WF20x : Օկուլյարի շրջադարձ 360 ° , միկրոսկոպի առարկայական սեղանի երկարությունը 125 մմ (± 5%), առարկայական սեղանի լայնություն 115 մմ (± 5%), առարկայական սեղանի բարձրություն 15 մմ (± 5%), հեռավորությունը օբյեկտից մինչև ոսպնյակ 0-14 մմ (± 5%): Ցանցի լարումը՝ 220v: Լուսավորություն՝ հալոգեն լամպ 6V/20W: Լուսավորման համակարգ՝ լամպ, տեսապակի, դիաֆրագմա, կոնդենսատոր Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Ներկայացնել ապրանքային նշան և արտադրողի անվանումը: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիսոն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2023/16-9-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
42	GT-XSP-136C	Greetmed	Լուսային բիսօկուլյար մանրադիտակ: Ոսպնյակների խոշորացումը՝ 4x, 10x, 40x, 100x խոշորացում: Լայն շրջանակի օկուլյար՝ WF10x ;WF20x : Օկուլյարի շրջադարձ 360 ° , միկրոսկոպի առարկայական սեղանի երկարությունը 125 մմ (± 5%), առարկայական սեղանի լայնություն 115 մմ (± 5%), առարկայական սեղանի բարձրություն 15 մմ (± 5%), հեռավորությունը օբյեկտից մինչև ոսպնյակ 0-14 մմ (± 5%): Ցանցի լարումը՝ 220v: Լուսավորություն՝ հալոգեն լամպ 6V/20W: Լուսավորման համակարգ՝ լամպ, տեսապակի, դիաֆրագմա, կոնդենսատոր Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Ներկայացնել ապրանքային նշան և արտադրողի անվանումը: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին և