ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ-ն ՀՖԿՍՊԻ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Нейрокурс	БОС «Нейрокурс»	БОС «Нейрокурс»	ՌԴ	Համալիրի կազմը՝ հիվանդի գնահատման համար կիրառվող սարք, դյուրակիր համակարգիչ, էլեկտրոդների և տվիչների հավաքածու, ԿՀԿ մարզումների համար նախատեսված ծրագրային փաթեթ։ • Հիվանդի գնահատման համար կիրառվող սարքը կիրառվում է ֆիզիոլոգիական ազդակների գրանցման համար։ Այն փոխակերպում է գրանցված առաջնային ինֆորմացիան թվային կոդերի, որոնք փոխանցվում են համակարգչին։ Սարքը միացվում է լարով համակարգչի USB port-ին։ Այս

						լարով փոխանցվում են տվյալները և միաժամանակ սարքը լիցքավորվում է: Առկա է Bluetooth միացման հնարավորություն: Սարքին կից անհրաժեշտ է լիցքավորման հարմարանք (ադապտր), ազդակների իմիտատոր (պրոբնիկ), ինտերֆեյսային բլոկ, կաբել՝ չեզոք էլեկտրոդի համար, սարքը սեղանին հարմարեցնելու կռանշտեյն, USB բանալի՝ լրացուցիչ համակարգչով աշխատելու համար: Ալիքների քանակը: առնվազն 4 ունիվերսալ պոլիգրաֆիկ ալիքներ, որոնք համատեղելի են դարձնում սարքի աշխատանքը այլ գնահատման գործիքների հետ (ստաբիլոմետր, էլեկտրոստիմուլյացիա) Ալիքների կիրառվող ռեժիմները: Էլեկտրասրտագիր, էլեկտրաուղեղագիր, էլեկտրամկանագիր, ռեոգրաֆիա, ֆոտոպլետիզմոգրաֆիա, ջերմաստիճան Սնուցումը: USB port և ադապտր; Չափսերը: Առնվազն 170x100x40 մմ; Կիռը: առնվազն 500 գ; Էլեկտրոդների և տվիչների հավաքածուն ներառում է լարեր, տվիչներ և էլեկտրոդներ՝

						նկարագրում նշված բոլոր տեսակի գրանցումների համար (Էլեկտրասրտագիր, էլեկտրաուղեղագիր, էլեկտրամկանագիր, ռեոգրաֆիա, ֆոտոպլետիզմոգրաֆիա, ջերմաստիճան և այլն)։ ԿՀԿ մարզումների համար նախատեսված ծրագրային փաթեթ։ Հնարավորություն է տալիս կիրառել գնահատման հետևյալ մեթոդները՝ • անհատական բազմագործոն հարցաթերթիկներ; • միջանձնային հարաբերությունների հարցաթերթիկներ; • մոտիվացիոն առանձնահատկությունների հարցաթերթիկներ; • հոգեկան վիճակների հարցաթերթիկներ; • ինքնավերաբերման հարցաթերթիկներ; • խառնվածքի հարցաթերթիկներ; • կարողությունների և արժեքների հարցաթերթիկներ; • հոգեֆիզիոլոգիական թեստեր; • ճանաչողական թեստեր; • պրոյեկտիվ թեստեր. Գրանցող համակարգչին ներկայացվող պահանջները։ Անհրաժեշտ են առնվազն հետևյալ հատկորոիչները՝

					պրոցեսոր Intel Core i5, CPU 4GB, SSD 256GB, Էկրանի անկյունագիծ 15,6", HDMI port, Windows 10, մկնիկ։ Լրացուցիչ։ Գելեր և քսուկներ, որոնք կիրառվում են տարբեր բնույթի գրանցումների գործընթացում։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՄՍ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՖԿՍՊԻ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Нейрокурс	БОС «Нейрокурс»	БОС «Нейрокурс»	ՌԴ	Беспроводная система регистрации электроэнцефалографии, встроенная в специальный колпачок, Количество электродов Минимум 32 (плюс соединения CMS/DRL) Метод отбора Последовательный отбор. Отдельный аналого-цифровой преобразователь Диапазон дискретизации Не менее 128 импульсов в секунду Предел осцилляций ЭЭГ Не менее 14 бит, младший значащий бит = 0,51 мкВ (16-битный АЦП). Максимальная скорость линейного изменения Не

						менее 32,64 мкВ/выборка Допустимый диапазон Минимум 0,2–45 Гц, высокое затухание при 50 и 60 Гц Фильтрация Встроенный цифровой фильтр 5-го порядка Динамический диапазон (относится к входу) +/- 4,12 мВ минимум Беспроводное соединение не менее 2,4 ГГц Емкость аккумулятора Не менее 595 мАч Срок службы батареи Не менее 6 часов Измерение сопротивления Текущее качество контакта с помощью запатентованной системы Часть IMU ICM-20948 3-осевой акселерометр/акселерометр, 3-осевой гироскоп, 3-осевой магнитометр. Вывод данных 10 каналов Quads, (Q0, Q1, Q2, Q3), ускорение (X,Y,Z) и магнитометр (X,Y,Z) Вариант движения Не менее 16 Гц Диапазон движения Минимум 8-битные выходные данные Материал датчика Электропокрытие Ag/AgCl (модели EPOC Flex Saline) со сменными войлочными прокладками из полиэстера, которые можно стерилизовать и использовать

					повторно