

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/40 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	рН/ORP մետր - ստացիոնար	HI2002-2	HI2002-2	Hanna Instrments	<p>рН միջակայք՝ -2.00-ից 16.00 рН, рН ճշգրտություն (25°C): ±0.01 рН, ±0.002 рН mV միջակայք՝ ±1000.0 mV; ±2000.0 մՎ, mV ճշգրտություն՝ ±0.2 mV (±999.9 mV); ±1 մՎ (±2000 մՎ) Ջերմաստիճանի միջակայք՝ -20,0-ից 120,0 °C, Ջերմաստիճանի ճշգրտություն՝ ±0,5 °C edge®</p> <p>HI2002-02 ներառում է նստարանային կայան՝ էլեկտրոդի ամրակով, պատ իամրացման օրրան, USB մալուխ, HI11310 ապակե մարմնի վերալիցքավորվող рН էլեկտրոդ՝ ջերմաստիճանի ցուցիչով, 2 պարկ յուրաքանչյուրը</p>

					<p>pH 4, 7, 10, մաքրման և պահպանման լուծույթ, 5 VDC հոսանքի ադապտեր և հրահանգների ձեռնարկ: Տեղադրումով և փորձարկումով, երաշխիքային սպասարկումով :Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--	--

pH 4, 7, 10, մաքրման և պահպանման լուծույթ, 5 VDC հոսանքի աղապտեր և հրահանգների ձեռնարկ:
Տեղադրումով և փորձարկումով, երաշխիքային սպասարկումով
:Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Диапазон pH: от -2,00 до 16,00 pH, точность pH (25°C). ±0,01 pH, ±0,002 pH
диапазон мВ: ±1000,0 мВ; ±2000,0 мВ, мВ Погрешность: ±0,2 мВ (±999,9 мВ); ±1 мВ (±2000 мВ)
Диапазон температур: от -20,0 до 120,0 °C, точность температуры: ±0,5 °C edge® HI2002-02 включает настольную станцию с электрододержателем, Настенная подставка, кабель USB, стеклянный корпус HI11310 Перезаряжаемый pH-электрод Темп. с индикатором, 2 пакета с pH 4, 7, 10, чистящий и консервирующий раствор, адаптер питания 5 В постоянного тока и Инструкция по эксплуатации.
Установив и протестировав, с гарантийным обслуживанием. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.

