

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լինարե ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Տերևի սպեկտրոմետր	CID Bio-Science	CI710	CID Bio-Science, Inc.	Տերևի սպեկտրոմետր: Չափման ալիքի երկարության միջակայքը՝ 360-1100 նմ, չափվող տերևի նվազագույն մակերեսը՝ 4սմ2: Աշխատանքային միջավայրը՝ -10°-ից 50° C, ոչ կոնդենսացիոն խոնավությունը 0% - 90%: Մարտկոցների քանակը՝2, յուրաքանչյուրի աշխատանքային ժամանակը՝ 3-4 ժամ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Լինշրե ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					