ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	AOHUA VEM-2300 System	AOHUA VEM-2300 System	VEM-2300 System	SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO.,LTD, China	Ճկուն էնդոսկոպիայի համար նախատեսված համակարգ Լրակազմը բաղկացած է՝ . էնդոսկոպիկ համակարգի վիդեոպրոցեսսոր, որը պետք է համատեղելի լինի առաջարկվող վիդեոգաստրոսկոպերի և վիդեոկոլոնոսկոպերի հետ, . պետք է ունենա հատուկ ռեժիմ՝ արյունատար անոթների պատկերավորման լավացման համար, . պատկերի եզրերի ընդգծման ուժեղացման էլեկտրոնային ռեժիմ . Ստոպ-կադր էֆեկտի առկայություն .

					վիդեոպրոցեսորի գործառույթները կառավարելու ունակություն՝ էնոդսկոպի վրա առկա կոճակների օգնությամբ . էնդոսկոպերի նոյնականացման ֆունկցիա . սպիտակի բալանսի կարգավորման հնարավորություն . անալոգային վիդեո ելքեր - RGB, SYNC, Y/C, AV . Թվային վիդեո ելքեր – առնվազն DVI . Կարմիր / Կապույտ տոնի ճշգրտում - ±25 քայլ . Պատկերները և տեսանյութերը USB կրիչում պահելու ունակություն . USB պորտ պետք է տեղակայված լինի վիդեո պրոցեսորի առջևի վահանակի վրա՝ աշխատանքի ավելի արագ կազմակերպման համար . Ներքին հիշողությունից ձայնագրված նկարները դիտելու հնարավորություն . լուսադիոդային էնդոսկոպիկ լույսի աղբյուր . լամպի հզորությունը – ոչ պակաս քան 35 Վտ . լամպի աշխատունակության ժամկետը – ոչ պակաս քան 10 000 ժամ . Պայծառության կառավարումը ձեռքով կամ ավտոմատ . ներկառուցված պոմպ . Օդի մատակարարման ինտենսիվության մակարդակների փոփոխման

					հնարավորություն . Լույսի ինտենսիվության մակարդակի փոփոխման հնարավորություն . Լամպի մաշվածության ցուցիչ կառավարման վահանակի վրա . ջրի տարա Վիդեոգաստրոսկոպ . պետք է համատեղելի լինի վիդեո պրոցեսսորի հետ . Դիտման ուղղությունը – ուղիղ դիտում . Դիտման անկյունը - 140 աստիճան . Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ . Դիստալ ծայրի տրամագիծը - 9,6 մմ . Գործիքային անցքի տրամագիծը – 2,8մմ . Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վեր – 210 աստիճան . Աշխատանքային մասի ներքև թեքման անկյուն – 90 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի ձախ – 100 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի աջ – 100 աստիճան . Աշխատանքային հատվածի երկարությունը – 1050մմ Լրակազմը պետք է ունենա սայլակ՝ մոնիտորի ամրացման և բաղկացուցիչների տեղադրման համար . Մոնիտորը՝ համատեղելի պրոցեսսորի հետ, 24՞՞ Կամ

					համարժեք

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	AOHUA VEM-2300 System	AOHUA VEM-2300 System	VEM-2300 System	SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO.,LTD, China	Комплект состоит из: . видеопроцессор эндоскопической системы, который должен быть совместим с предлагаемыми видеогастроскопами и видеоколоноскопами, . должен иметь специальный режим для улучшения визуализации сосудов, . электронный режим улучшения краев изображения . Наличие эффекта стоп-кадра . возможность управления функциями видеопроцессора с помощью кнопок на энодоскопе . функция аутентификации эндоскопа .

					Возможность регулировки баланса белого . аналоговые видеовыходы - RGB, SYNC, Y/C, AV . Цифровые видеовыходы – не менее DVI . Регулировка тона красного/синего - ±25 шагов . Возможность сохранять изображения и видео на USB-накопитель . USB-порт должен располагаться на передней панели видеопроцессора для более быстрой организации работы. . Возможность просмотра снимков, записанных с внутренней памяти . Светодиодный эндоскопический источник света . мощность лампы – не менее 35 Вт . срок службы лампы - не менее 10 000 часов . Ручная или автоматическая регулировка яркости . встроенный насос . Возможность изменения уровней интенсивности подачи воздуха . Возможность изменения уровня интенсивности света . Индикатор износа лампы на панели управления . емкость для воды Видеогастроскоп . должен быть совместим с видеопроцессором . Направление просмотра – просмотр в реальном времени . Угол обзора -

					140 градусов . Глубина резкости - 3-100 мм . Диаметр дистального конца - 9,6 мм. . Диаметр отверстия под инструмент – 2,8 мм. . Угол наклона рабочей части вверх - 210 град. . Угол наклона рабочей части вниз - 90 градусов . Угол наклона рабочей части влево - 100 градусов . Угол наклона рабочей части вправо - 100 градусов . Длина рабочей части – 1050 мм. В комплекте должна быть тележка для крепления монитора и установки комплектующих . Монитор совместим с процессором 24! или аналог