

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023-16-12-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
75	Hugemed	HU30 HU30S	Hugemed	<p>Ճկուն ՈԼՌՍ համակարգ՝ ունիվերսալ բազմանգամյա օգտագործման աշխատանքային կայանով և հետադարձ շեղման հնարավորությամբ թվային ճկուն ուրետրոսկոպերով: Լրակազմն օգտագործվում է Էնդոսկոպիկ եղանակով միզածորանի (վերին միզուղիների) ուսումնասիրման (գնևության) և բուժման, ինչպես նաև բիոպսիայի, Էնդոսկոպիկ լիթոտրիպսիայի, վերին միզուղիների խցանումների բացման նպատակով: Աշխատանքային կայանը կազմված է հետևյալ մասերից.</p> <p>1) Վիդեոպրոցեսոր 1 հատ; 2) Էլեկտրաէներգիայի ադապտեր 1 հատ; 3) հոսանքի լար 1 հատ; 4) DVI մալուխ 1 հատ; 5) DVI-HDMI մալուխ 1 հատ:</p> <p>Վիդեոպրոցեսոր - 1 հատ Գործարկման ժամանակը ≤10 վրկ DVI վիդեո դուրս SDI վիդեո ելք Չում՝ 0 - 2 մակարդակ Պատկերի ելք՝ 500x500 USB միացում՝ USB</p>

2.0 Աղմուկի նվազեցման ֆունկցիա Ելքի լուծաչափը 1024*768 px Սահմաններ՝ 1 - 6 տեսակ Սպիտակի բալանսի կարգավորում Էլեկտրական հարվածից պաշտպանություն II դասի սարք՝ առանց ներքին սնուցման Էկրանի հարաբերակցությունը 4:3 Ճկուն ուրետերոսկոպ 9 Fr - 1 հատ Աշխատանքային երկարությունը, 650մմ Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-50 մմ տիրույթում -Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան խողովակի արտաքին տրամագիծը 9 Fr Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ 9 Fr Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը 3.6 Fr Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան Սկոպը չունի աշխատանքային ժամանակի որևէ սահմանափակում Ճկուն ուրետերոսկոպ 7,5 Fr - 1 հատ Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-100 մմ տիրույթում Աշխատանքային երկարությունը 650մմ -Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան խողովակի արտաքին տրամագիծը 7,5 Fr Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ 7,5 Fr Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը 3.6 Fr Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան Սկոպը չունի աշխատանքային ժամանակի որևէ սահմանափակում Նոր է, չօգտագործված: Առաջարկիր արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային

վիճակի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2023-16-12-ЕПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
75				