ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	HI3817BP SKU: HI3817BP	HI3817BP SKU: HI3817BP	HI3817BP SKU: HI3817BP	Hanna Instruments	HI3817BP SKU: HI3817BP) Լաբորատոր կրթական տեստերի հավաքածուն իր մեջ պետք է պարունակի՝ 1. մուլտի պարամետրային pH մետր, որն չափում է pH (միջակայքը 0-14), ավտոմատ, մեկ կամ երկու կետանոց ստանդարտ բուֆերների երկու հավաքածուով (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 կամ 4.01 / 6.86 / 9.18) էլեկտրահաղորդականությունը՝ (միջակայքը 0ից 3999 µS/սմ), ավտոմատ, մեկ կետ 1413 µS/սմ ստանդարտ լուծույթով, ջերմաստիճանը, TDS (միջակայքը

					0-2000մգ/լ), ավտոմատ, մեկ միավոր 1382 մգ/լ (ppm) ստանդարտ լուծույթով) 2. Լուծված թթվածին. միջակայքը 0.0-ից մինչև 10.0 մգ/լ O_2, լուծաչափը 0.1 մգ/լ, չափման մեթոդը փոփոխված Winkler, տիտրիմետրիկ, տեստերի քանակը 110 3. Թթվայնություն. միջակայքը 0-ից 100 մգ/լ CaCO3; 0-ից 500 մգ/լ CaCO3, լուծաչափը 1 մգ/լ (0-ից 100 մգ/լ միջակայք); 5 մգ/լ (0-ից 500 մգ/լ միջակայք), մեթոդը մեթիլ օրանժ / ֆենոլֆթալեին, տիտրիմետրիկ, թեստերի քանակը՝ 110 4. Ալկալիություն. միջակայքը 0-ից 100 մգ/լ CaCO3; 0-ից 300 մգ/լ CaCO3, լուծաչափը՝ 1 մգ/լ (0-ից 100 մգ/լ միջակայք); 3 մգ/լ (0-ից 300 մգ/լ միջակայք), մեթոդ ֆենոլֆթալեին / բրոմֆենոլ կապույտ, տիտրիմետրիկ, թեստերի քանակը՝ 110 5. Ածխածնի երկօքսիդ. միջակայքը՝ 0,0-ից 10,0 մգ/լ CO2; 0,0-ից 50,0 մգ/լ CO2; 0-ից 100 մգ/լ CO2, լուծաչափը 0,1 մգ/լ (0,0-ից 10,0 մգ/լ միջակայք); 0,5 մգ/լ (0,0-ից 50,0 մգ/լ միջակայք); 1 մգ/լ (0-ից 100 մգ/լ միջակայք), մեթոդ ֆենոլֆթալեին, տիտրիմետրիկ, տեստերի քանակը՝

					110 6. Կոշտություն. միջակայք 0,0-ից 30,0 մգ/լ CaCO3; 0-ից 300 մգ/լ CaCO3, միջակայքը՝ 0,3 մգ/լ (0,0-ից 30,0 մգ/լ միջակայք); 3 մգ/լ (0-ից 300 մգ/լ միջակայք), ընդհանուր մեթոդ EDTA, տիտրիմետրիկ, թեստերի քանակը՝ 100 7. Նիտրատներ. միջակայքը 0-ից 50 մգ/լ NO3--N, լուծաչափը՝ 10 մգ/լ, մեթոդը կադմիումի նվազեցում, գունաչափական, տեստերի քանակը՝ 100 8. Ֆոսֆատներ. միջակայքը 0-ից 5 մգ/լ PO43-, լուծաչափը՝ 1 մգ/լ, մեթոդը՝ ասկորբինաթթվային, գունաչափական, տեստերի քանակը՝ 50 Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիսար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	HI3817BP SKU: HI3817BP	HI3817BP SKU: HI3817BP	HI3817BP SKU: HI3817BP	Hanna Instruments	HI3817BP SKU: HI3817BP) Լաբորատոր կրթական տեստերի հավաքածուն իր մեջ պետք է պարունակի՝ 1. մուլտի պարամետրային pH մետր, որն չափում է pH (միջակայքը 0-14), ավտոմատ, մեկ կամ երկու կետանոց ստանդարտ բուֆերների երկու հավաքածուով (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 կամ 4.01 / 6.86 / 9.18) էլեկտրահաղորդականությունը՝ (միջակայքը 0ից 3999 µS/սմ), ավտոմատ, մեկ կետ 1413 µS/սմ ստանդարտ լուծույթով, ջերմաստիճանը, TDS (միջակայքը

					0-2000մգ/լ), ավտոմատ, մեկ միավոր 1382 մգ/լ (ppm) ստանդարտ լուծույթով) 2. Լուծված թթվածին. միջակայքը 0.0-ից մինչև 10.0 մգ/լ O_2, լուծաչափը 0.1 մգ/լ, չափման մեթոդը փոփոխված Winkler, տիտրիմետրիկ, տեստերի քանակը 110 3. Թթվայնություն. միջակայքը 0-ից 100 մգ/լ CaCO3; 0-ից 500 մգ/լ CaCO3, լուծաչափը 1 մգ/լ (0-ից 100 մգ/լ միջակայք); 5 մգ/լ (0-ից 500 մգ/լ միջակայք), մեթոդը մեթիլ օրանժ / ֆենոլֆթալեին, տիտրիմետրիկ, թեստերի քանակը՝ 110 4. Ալկալիություն. միջակայքը 0-ից 100 մգ/լ CaCO3; 0-ից 300 մգ/լ CaCO3, լուծաչափը՝ 1 մգ/լ (0-ից 100 մգ/լ միջակայք); 3 մգ/լ (0-ից 300 մգ/լ միջակայք), մեթոդ ֆենոլֆթալեին / բրոմֆենոլ կապույտ, տիտրիմետրիկ, թեստերի քանակը՝ 110 5. Ածխածնի երկօքսիդ. միջակայքը՝ 0,0-ից 10,0 մգ/լ CO2; 0,0-ից 50,0 մգ/լ CO2; 0-ից 100 մգ/լ CO2, լուծաչափը 0,1 մգ/լ (0,0-ից 10,0 մգ/լ միջակայք); 0,5 մգ/լ (0,0-ից 50,0 մգ/լ միջակայք); 1 մգ/լ (0-ից 100 մգ/լ միջակայք), մեթոդ ֆենոլֆթալեին, տիտրիմետրիկ, տեստերի քանակը՝

					110 6. Կոշտություն. միջակայք 0,0-ից 30,0 մգ/լ CaCO3; 0-ից 300 մգ/լ CaCO3, միջակայքը՝ 0,3 մգ/լ (0,0-ից 30,0 մգ/լ միջակայք); 3 մգ/լ (0-ից 300 մգ/լ միջակայք), ընդհանուր մեթոդ EDTA, տիտրիմետրիկ, թեստերի քանակը՝ 100 7. Նիտրատներ. միջակայքը 0-ից 50 մգ/լ NO3--N, լուծաչափը՝ 10 մգ/լ, մեթոդը կադմիումի նվազեցում, գունաչափական, տեստերի քանակը՝ 100 8. Ֆոսֆատներ. միջակայքը 0-ից 5 մգ/լ PO43-, լուծաչափը՝ 1 մգ/լ, մեթոդը՝ ասկորբինաթթվային, գունաչափական, տեստերի քանակը՝ 50 Ապրանքները պետք է լինեն նոր չօգտագործված: