

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/16-16-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
60	ZEUS-400	ZEUS-400	Zerone CO., LTD, Korea	Բարձր հաճախականության Էլեկտրաբուժական Ելքային հզորությունը մոնոբևեռ կտրման ռեժիմի համար` 400 Վտ:սարք`նախատեսված մոնոբևեռ և երկբևեռ վիրահատությունների իրականացնելու համար: Ելքային հզորությունը մոնոբևեռ կոագուլյացիոն ռեժիմում` 120 Վտ: Հզորությունը երկբևեռ կտրման ռեժիմում` 100 Վտ: Հզորությունը երկբևեռ կոագուլյացիայի ռեժիմում ` 100 Վտ: Առկա ռեժիմներ. Մոնոբևեռ ռեժիմ ` 4: Մոնոբևեռ կոագուլյացիա` 2: Երկբևեռ` 1: Երկբևեռ կոագուլյացիա` 1: Ռեժիմների համար հիշողության առկայություն` 10 ծրագիր: Մոնոբևեռ և երկբևեռ ռեժիմների համար ոտնակի առկայություն: Լրակազմ և պարագաներ. Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք

				գործունեության համար (Օրինակ՝ անհրաժեշտ միացման մալուխներ, կրկնակի ոտնակ, մոնոբլեռ և երկբլեռ կրիչ իր մալուխով, բազմակի օգտագործման՝ պինցետներ (Straight forceps և Angled forceps 2 տարբեր չափսեր, չեզոք էլեկտրոդներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ): Որակի վկայական՝ ISO13485: Սարքը նոր է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ սարքի տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները և բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակների ուսուցումը: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից 12 ամիս: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սեդակցանքի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱԶԱՊԶԲ-2023/16-16-ԵՊԲՀ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
60	ZEUS-400	ZEUS-400	Zerone CO., LTD, Korea	Высокочастотный электротерапевтический аппарат, предназначенный для проведения монополярных и биполярных операций. Выходная мощность для режима монополярной резекции: 400 Вт. Выходная мощность в режиме монополярной коагуляции: 120 Вт. Мощность в режиме биполярной резекции - 100 Вт. Мощность в режиме биполярной коагуляции - 100 Вт. Доступные режимы: Монополярный режим - 4. Монополярная коагуляция - 2. Биполярный: 1. Биполярная коагуляция - 1. Наличие памяти для режимов: 10 программ. Наличие педали для монополярного и биполярного режимов. Набор и аксессуары: В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары, необходимые для полноценной работы (Например:

				необходимые соединительные кабели, двойная педаль, монополярный и биполярный держатель с собственным кабелем, многоразовые щипцы (Прямые щипцы и Угловые щипцы 2-х разных размеров, нейтральные электроды) и другие необходимые аксессуары). Сертификаты качества ISO13485. Аппарат новый, не использовался. В стоимость предложения входит установка устройства, установка настроек и обучение медицинского персонала работе с устройством. Гарантийный срок: 12 месяцев с момента установки. После установки устройство будет приведено в рабочее состояние.
--	--	--	--	---