

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hematology analyzer	BC 30	MINDRAY	<p>Պարամետրեր՝ Ոչ պակաս քան՝ WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYMPH%, MXD%, NEUT%, LYMPH#, MXD#, NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT:</p> <p>Դիագրամմա՝ WBC, RBC, PLT: Հետազոտվող արյան ծավալը՝ 9մկլ: Նմուշի տեսակը՝ ամբողջական կամ նոսրացված արյուն: Չափման արագությունը՝ երակային արյուն՝ 70 նմուշ/ժամ Ռեագենտների քանակը՝ 2 ռեագենտ Չափման եղանակը (լեյկոցիտ, էրիթրոցիտ, թրոմբոցիտ)- ծավալային իմպեդանսի փոփոխում: Հեմոգլոբինը սպեկրոտոֆոտոմետրիկ ոչ ցիանիդային: Որակի վերահսկումը՝ Լեվեյ- Ջեննինգսի գրաֆիկներ Որակի հսկման նյութեր 3 մակարդակի՝ ցածր, միջին, բարձր LIS համակարգին միանալու հնարավորություն Հիշողությունը՝ 500.000 հետազոտություն Էկրանը՝ 10 inch, զգայուն հպումային Էկրանի օգնությամբ Շտրիխ</p>

				<p>կող կարդալու սարք հնտերֆեյսը LIS համակարգին միանալու հնարավորություն Որակի վկայականի առկայություն CE conformity, ISO 13485: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, գնորդի կողմից նշված հասցեում: Մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկում՝ տեղադրումից հետո:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hematology analyzer	BC 30	MINDRAY	<p>Պարամետրեր՝ Ոչ պակաս քան՝ WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYMPH%, MXD%, NEUT%, LYMPH#, MXD#, NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT:</p> <p>Դիագրամմա՝ WBC, RBC, PLT: Հետազոտվող արյան ծավալը՝ 9մկլ: Նմուշի տեսակը՝ ամբողջական կամ նոսրացված արյուն: Չափման արագությունը՝ երակային արյուն՝ 70 նմուշ/ժամ Ռեագենտների քանակը՝ 2 ռեագենտ Չափման եղանակը (լեյկոցիտ, էրիթրոցիտ, թրոմբոցիտ)- ծավալային իմպեդանսի փոփոխում: Հեմոգլոբինը սպեկրոտոֆոտոմետրիկ ոչ ցիանիդային: Որակի վերահսկումը՝ Լեվեյ- Ջեննինգսի գրաֆիկներ Որակի հսկման նյութեր 3 մակարդակի՝ ցածր, միջին, բարձր LIS համակարգին միանալու հնարավորություն Հիշողությունը՝ 500.000 հետազոտություն Էկրանը՝ 10 inch, զգայուն հպումային էկրանի օգնությամբ Շտրիխ</p>

				<p>կող կարդալու սարք հնտերֆեյսը LIS համակարգին միանալու հնարավորություն Որակի վկայականի առկայություն CE conformity, ISO 13485: Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, գնորդի կողմից նշված հասցեում: Մեկ տարվա երաշխիքային սպասարկում՝ տեղադրումից հետո:</p>
--	--	--	--	---