

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Urine analyzer	UA 66	MINDRAY	<p>Կիսաավտոմատ մեզի վերլուծիչ: Չափման համակարգը՝ Ռեֆլեկտոր ֆոտոմետրիա: Չափման պարամետրերը՝ նվազագույնը տեսակարար կշիռ, pH, լեյկոցիտներ, նիտրիտ, սպիտակուց, գլյուկոզա, կետոններ, ուրոբիլնոգեն, բիլիրուբին, արյուն(երիթրոցիտ/հեմոգլոբին):</p> <p>Արտադրողականությունը՝ 60 թեստ /ժամ</p> <p>Ստուգաչափումը՝ Թեստ ստրիպների միջոցով:</p> <p>Հիշողություն՝ նվազագույնը 1000 նմուշի արդյունք, Էկրանը՝ հեղուկ բյուրեղային: Տպիչը՝ ներքին ջերմային Նմուշների տվյալների մուտքագրումը՝ ձեռքով Որակի վկայականի առկայություն CE conformity, ISO 13485:</p> <p>Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, գնորդի կողմից նշված հասցեում: Մեկ տարվա երաշխիքային</p>

սպասարկում՝ տեղադրումից հետո:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Urine analyzer	UA 66	MINDRAY	<p>Կիսաավտոմատ մեզի վերլուծիչ: Չափման համակարգը՝ Ռեֆլեկտոր ֆոտոմետրիա: Չափման պարամետրերը՝ նվազագույնը տեսակարար կշիռ, pH, լեյկոցիտներ, նիտրիտ, սպիտակուց, գլյուկոզա, կետոններ, ուրոբիլնոգեն, բիլիրուբին, արյուն(երիթրոցիտ/հեմոգլոբին):</p> <p>Արտադրողականությունը՝ 60 թեստ /ժամ</p> <p>Ստուգաչափումը՝ Թեստ ստրիպների միջոցով:</p> <p>Հիշողություն՝ նվազագույնը 1000 նմուշի արդյունք, Էկրանը՝ հեղուկբյուրեղային: Տպիչը՝ ներքին ջերմային Նմուշների տվյալների մուտքագրումը՝ ձեռքով Որակի վկայականի առկայություն CE conformity, ISO 13485:</p> <p>Մատակարարը պետք է ապահովի սարքերի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, գնորդի կողմից նշված հասցեում: Մեկ տարվա երաշխիքային</p>

սպասարկում՝ տեղադրումից հետո: