

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հեմատոլոգիական անալիզատոր	WGD-Z3	WGD LLC	<p>WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYMPH%, MXD%, NEUT%, LYMPH#, MXD#, NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, GRAN: Դիագրամմա՝ WBC, RBC, PLT: Հետազոտվող արյան ծավալը՝ 10մկլ: Նմուշի տեսակը՝ ամբողջական կամ նոսրացված երակային և մազանոթային արյուն: Չափման արագությունը՝ 70 նմուշ/ժամ երակային արյուն: Ռեագենտների քանակը՝ 2 ռեագենտ Չափման եղանակը (լեյկոցիտ, էրիթրոցիտ, թրոմբոցիտ)- ծավալային իմպեդանսի փոփոխում: Հեմոգլոբինի որոշումը սպեկրոտոֆոտոմետրիկ , ոչ ցիանիդային : Որակի վերահսկումը՝ Լեվեյ- Ջեննինգսի գրաֆիկներ Որակի հսկման նյութեր 3 մակարդակի՝ ցածր միջին, բարձր : Սարքավորումն ունի LIS համակարգին միանալու հնարավորություն: 400.000 և ավելի հետազոտություն պահպանելու</p>

				<p>հնարավորություն: Էկրանը՝ 10,4 inch, զգայուն հպումային Էկրան, Շտրիխ կոդ կարդալու սարք Ինտերֆեյսն ունի LIS համակարգին միանալու</p> <p>հնարավորություն: Որակի վկայականի առկայություն CE conformity, ISO 13485: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել սարքի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, գնորդի կողմից նշված հասցեում: 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում՝ տեղադրումից հետո:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍԱՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Հեմատոլոգիական անալիզատոր	WGD-Z3	WGD LLC	<p>WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYMPH%, MXD%, NEUT%, LYMPH#, MXD#, NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, GRAN: Դիագրամմա՝ WBC, RBC, PLT: Հետազոտվող արյան ծավալը՝ 10մկլ: Նմուշի տեսակը՝ ամբողջական կամ նոսրացված երակային և մազանոթային արյուն: Չափման արագությունը՝ 70 նմուշ/ժամ երակային արյուն: Ռեագենտների քանակը՝ 2 ռեագենտ Չափման եղանակը (լեյկոցիտ, էրիթրոցիտ, թրոմբոցիտ)- ծավալային իմպեդանսի փոփոխում: Հեմոգլոբինի որոշումը սպեկրոտոֆոտոմետրիկ , ոչ ցիանիդային : Որակի վերահսկումը՝ Լեվեյ- Ջեննինգսի գրաֆիկներ Որակի հսկման նյութեր 3 մակարդակի՝ ցածր միջին, բարձր : Սարքավորումն ունի LIS համակարգին միանալու հնարավորություն: 400.000 և ավելի հետազոտություն պահպանելու</p>

				<p>հնարավորություն: Էկրանը՝ 10,4 inch, զգայուն հպումային Էկրան, Շտրիխ կոդ կարդալու սարք Ինտերֆեյսն ունի LIS համակարգին միանալու</p> <p>հնարավորություն: Որակի վկայականի առկայություն CE conformity, ISO 13485: Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել սարքի տեղադրումը, փորձարկումը, կարգաբերումը, գնորդի կողմից նշված հասցեում: 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում՝ տեղադրումից հետո:</p>
--	--	--	--	--