

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Պտղի մոնիտոր	Պտղի մոնիտոր	Պտղի մոնիտոր	Պտղի մոնիտոր	Պտղի մոնիտոր Պտղի մոնիտոր` US և TOCO դոպլեր, պտղի սրտի կծկումների բաբախի (FHR) և արգանդի կծկումները ձայնագրելու և վերլուծելու համար: Շարժական Մարտկոցով աշխատող սարքը հնարավորություն է տալիս հիվանդներին մշտապես վերահսկել ցանկացած վայրում: Աշխատանքը մարտկոցով` ոչ պակաս քան 2 ժամ: Դիսփլեյը ոչ պակաս քան 12" TFT կամ LCD գունավոր Էկրան, 90° ծավրող Գունավոր դիսփլեյը ցույց է տալիս CTG ցուցմունքները` ներկայացված ստանդարտ

Ֆորմատով Ամեն պտղի սրտի լսաագդանշանները հասանելի են ներդրված լսահամակարգի միջոցով օգտագործողի ընտրությամբ օգտագործողը կարող է վերահսկել ձայնի բարձրությունը, պտղի լսաալիքը, գրաֆիկայի տպագրման արագությունը, toco զրո և այլն Տվյալների պահպանում ոչ պակաս քան 12 ժամ Ագդանշանային համակարգ էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց Ստանդարտ պարամետրեր՝ TOCO, FHR, FM, երկվորյակների մոնիտորինգ Պտղի սրտի հաճախությունը (FHR) Պարամետրեր՝ FHR1, FHR2 Փոխակերպիչները՝ բազմաբյուրեղային, լայն ալիքային ճառագայթ, իմպուլսային ալիքային աշխատանքի մեթոդ, բարձր զգայունություն Հաճախականությունը ոչ պակաս քան՝ 1 Mhz Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան 50-240 բաբախ/րոպե միջակայքում Ճշգրտությունը՝ ոչ ավելի քան ± 2 բաբախ/րոպե Արգանդի ակտիվություն (TOCO) Չափման միջակայքը ոչ պակաս, քան 0-100 միավոր միջակայքում

Տպիչ Թերմոպրինտեր Տպող գլխիկը ջերմակայուն և ոչ պակաս քան 110 մմ երկարությամբ Արագությունները ոչ պակաս քան 1, 2, 3 սմ/րոպ, 25 մմ/վրկ Նախապես տպագրված գծապատկերի սանդղակով Z-աձև ծավված թուղթ Թղթի տեսակը՝ սովորական սև թերմոթուղթ Տվյալների, Ժամանակի, TOCO-ի տեսակի, թղթի արագության, FHR-ի տպագրություն Լրակազմ և պարագաներ 1. Գոտիներ՝ 1 օրիգինալ + 1 պահեստային հավաքակազմ 2. Տպիչի թուղթ՝ ոչ պակաս քան 2 փաթեթ 3. Ուլտրաձայնային գել՝ ոչ պակաս քան 1 շիշ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ

				(անկախորժն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42					