

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 43 | Շարժական վերակ ենդանացման սեղան Նորածինների համար | Շարժական վերակ ենդանացման սեղան Նորածինների համար | Շարժական վերակ ենդանացման սեղան Նորածինների համար | Շարժական վերակ ենդանացման սեղան Նորածինների համար | Շարժական վերակենդանացման սեղան Նորածինների համար Նորածինների վերակենդանացում և ծննդաբերության ժամանակ Նորածինների անցումային աջակցություն. Բացի այդ, օգտագործվում է ծննդատան Նորածինների և ծանր հիվանդ Նորածինների համար ջերմային աջակցություն տրամադրելու համար, ովքեր մշտական բուժքույրական միջամտություն են պահանջում: Հիմքը պետք է հագեցված լինեն ոչ պակաս քան չորս հակաստատիկ պտտվող |

անիվներով և ոչ պակաս քան երկու արգելակվող անիվներով Հիմքը պետք է հագեցած լինի կողային բռնակով/ռելսով՝ հեշտ դիրքավորման համար Ինտեգրված հիմք և բռնակներ ոչ պակաս քան 2 x 10 լ թթվածնի բալոնների համար Կողային սեղանիկ և IV ձող՝ պարագաների և սարքավորումների տեղադրման համար: Պետք է հագեցած լինի ոչ պակաս քան մեկ ստորին դարակով Յուրաքանչյուր կողմից պետք է ունենա պաշտպանիչ բամպերներ Պետք է ունենա բարձրության կարգաբերում Պետք է ունենա ավտոմատ տաքացում Պետք է ունենա մաշկի ջերմաստիճանի միկրոպրոցեսորային կառավարման մոդուլ: Նախնական տաքացում՝ 33°C, շեղումը ոչ ավելի, քան 10% Պետք է ունենա ձեռքով ջերմաստիճանի վերահսկման ռեժիմ Մակերեւութային հսկողության ջերմաստիճանը ոչ պակաս քան միջակայքը՝ 30°C - 37°C միջակայքում, 0,1°C քայլերով. Մաշկի վերահսկման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ ոչ

պակաս քան 32°C - 37°C
միջակայքում, 0,1°C աստիճանով
Մաշկի և վերահսկման
ջերմաստիճանի ցուցադրման,
աշխատանքային ռեժիմի և
ջեռուցիչի հզորության ցուցիչների
առկայությունն Մահճակալի թերման
մեխանիզմ՝ ոչ պակաս քան 0-10^o
միջակայքում Պետք է ունենա ոչ
պակաս քան հինգ աուդիո-վիզուալ
ահագանգ Պետք է ունենա ծալովի
վահանակներ Պետք է ունենա
ռենտգենյան խցիկ՝ ինտեգրված
մանկական մահճակալի տակ Պետք
է ունենա միջամտությունների լամպ
Պետք է ունենա մեծ ներքևակ Պետք
է ունենա ոչ պակաս քան 5
ոյուլմանոց LCD էկրան՝ APGAR
ժամանակաչափով Պետք է ունենա
թթվածնի կենտրոնական
մատակարարման համակարգ Պետք
է ունենա թթվածնի հսկողություն
Պետք է ունենա բարձր հոսքի քթի
սարք թթվածին/օդ խառնիչի
առկայություն թթվածնային
հոսքաչափի առկայություն. հոսքի
միջակայքը ոչ պակաս քան 0 - 25
լ/րոպե Փոքր ծավալի կոնտուրային
խողովակի առկայություն Քթի

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>կաննուլաների առկայություն (գումարած լրացուցիչ 10 պահեստային հավաքածու) վաղաժամ և ժամանակին ծնված երեխաների համար Էլեկտրոնային խոնավացուցիչի առկայություն ջրի տարայով և ջերմաստիճանի կարգավորմամբ Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 43 | | | | | |