

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	SHANGHAI MEDECO (MERMAID)MEDICAL )INDUSTRY CO.,LTD.	II LED 700/700	II LED 700/700	SHANGHAI MEDECO (MERMAID)MEDICAL )INDUSTRY CO.,LTD.	Վիրահատական լուսատու առաստաղային 2 գմբեթի առկայություն LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ 50.000 ժամ Լուսային դիոդների քանակը 80 հատ Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), 40,000 - 160,000 լյուքս CRI ինդեքսը` 95 Գույնային չերմաստիճանի ռեժիմների քանակությունը` 3, ընդ որում առաջին ռեժիմը 3800±500Կ, երկրորդ ռեժիմը 4400±500Կ, երրորդ

ռեժիմը 5000±500Կ Պայծառության  
ինտենսիվության կարգավորման  
առկայություն Կառավարման  
վահանակով լույսի ինտենսիվության  
կարգավորման համար  
Էլեկտրոնային համակարգի  
առկայություն Ինտենսիվության  
վերահսկողությունը 8 քայլ Լուսային  
դաշտի տրամագիծը 120-ից մինչև  
300 մմ տիրույթում Լամպի  
վերահսկման համար անհրաժեշտ  
շարժական և ավտոկլավային  
մանրէագերծման ենթակա  
կենտրոնական բռնակների  
առկայություն Սնուցում՝ 220Կ, 50/60  
Հց Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն  
Սարքավորումը նոր է,  
չօգտագործված Սարքավորումը  
պետք է ամրացվի մոտ 3,2 մետր  
բարձրությամբ կախովի առաստաղի  
մակարդակով (վիրահատարանների  
ընդհանուր բարձրությունը մոտ 4  
մետր է, վերջնական չափսերը  
կճշգրտվեն վիրահատարանների  
վերջնական կառուցապատումից  
հետո) Լրակազմում ներառված են

				<p>բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ամրակները լուսատուն առաստաղին ամրացնելու համար, օգտագործողի ձեռնարկ, մանրեագերծման ենթակա բռնակներ՝ 4 հատ և այլն))</p> <p>Երաշխիքը: 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭПНԼԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	SHANGHAI MEDECO (MERMAID)MEDICAL )INDUSTRY CO.,LTD.	II LED 700/700	II LED 700/700	SHANGHAI MEDECO (MERMAID)MEDICAL )INDUSTRY CO.,LTD.	Хирургический светильник потолочный Наличие 2-х куполов Наличие светодиодный источников света (LED) Срок службы светодиодов 50.000 часов Количество светодиодов 80 шт Освещенность операционного поля (расстояние 1м), 40.000- 160.000 люкс Индекс цветопередачи CRI: 95 Регулировка цветовой температуры 3 ступеней 3800±500K, 4400±500K, 5000±500K Наличие регулировки интенсивности яркости Наличие электронной системы регуляции интенсивности свечения с панели

Регулировка интенсивности 8 ступеней Диаметр светового поля в диапазоне от 120 до 300 мм  
Наличие съемных и автоклавируемых центральных рукояток для управления лампой  
Питание: 220В, 50/60Гц  
Комплектация и акссесуары:  
Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке Оборудование новый, неиспользованный  
Оборудование должно быть закреплено на уровне подвесного потолка высотой около 3,2 метра (общая высота операционных около 4 метров, окончательные размеры будут скорректированы после окончательной постройки операционных) В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и акссесуары для полноценной работы оборудования (например, крепления операционного света к потолку, инструкции пользователя, автоклавируемые рукоятки - 4шт и т.д.) Гарантия : 24 месяца

					Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 CE Mark (Directive 93/42/ЕЕС)
--	--	--	--	--	--