

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	SHANGHAI MEDECO (MERMAID)MEDICAL)INDUSTRY CO.,LTD.	II LED 700/700	II LED 700/700	SHANGHAI MEDECO (MERMAID)MEDICAL)INDUSTRY CO.,LTD.	Վիրահատական լուսատու առաստաղային 2 գմբեթի առկայություն LED տիպի լուսային աղբյուրների առկայություն Լուսային դիոդների պիտանելիության ժամկետ 50.000 ժամ Լուսային դիոդների քանակը 80 հատ Վիրահատական դաշտի լուսավորում (հեռավորությունը` 1 մ), 40,000 - 160,000 լյուքս CRI ինդեքսը` 95 Գույնային չերմաստիճանի ռեժիմների քանակությունը` 3, ընդ որում առաջին ռեժիմը 3800±500Կ, երկրորդ ռեժիմը 4400±500Կ, երրորդ

ռեժիմը 5000±500Կ Պայծառության
ինտենսիվության կարգավորման
առկայություն Կառավարման
վահանակով լույսի ինտենսիվության
կարգավորման համար
Էլեկտրոնային համակարգի
առկայություն Ինտենսիվության
վերահսկողությունը 8 քայլ Լուսային
դաշտի տրամագիծը 120-ից մինչև
300 մմ տիրույթում Լամպի
վերահսկման համար անհրաժեշտ
շարժական և ավտոկլավային
մանրէագերծման ենթակա
կենտրոնական բռնակների
առկայություն Սնուցում՝ 220Կ, 50/60
Հց Լրակազմ և պարագաներ
Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն
Սարքավորումը նոր է,
չօգտագործված Սարքավորումը
պետք է ամրացվի մոտ 3,2 մետր
բարձրությամբ կախովի առաստաղի
մակարդակով (վիրահատարանների
ընդհանուր բարձրությունը մոտ 4
մետր է, վերջնական չափսերը
կճշգրտվեն վիրահատարանների
վերջնական կառուցապատումից
հետո) Լրակազմում ներառված են

				<p>բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ ամրակները լուսատուն առաստաղին ամրացնելու համար, օգտագործողի ձեռնարկ, մանրէազերծման ենթակա բռնակներ՝ 4 հատ և այլն))</p> <p>Երաշխիքը: 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭПНԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱԶԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	SHANGHAI MEDECO (MERMAID)MEDICAL)INDUSTRY CO.,LTD.	II LED 700/700	II LED 700/700	SHANGHAI MEDECO (MERMAID)MEDICAL)INDUSTRY CO.,LTD.	Хирургический светильник потолочный Наличие 2-х куполов Наличие светодиодный источников света (LED) Срок службы светодиодов 50.000 часов Количество светодиодов 80 шт Освещенность операционного поля (расстояние 1м), 40.000- 160.000 люкс Индекс цветопередачи CRI: 95 Регулировка цветовой температуры 3 ступеней 3800±500K, 4400±500K, 5000±500K Наличие регулировки интенсивности яркости Наличие электронной системы регуляции интенсивности свечения с панели

Регулировка интенсивности 8 ступеней Диаметр светового поля в диапазоне от 120 до 300 мм
Наличие съемных и автоклавируемых центральных рукояток для управления лампой
Питание: 220В, 50/60Гц
Комплектация и акссесуары:
Установка и пуско-наладочные работы Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке Оборудование новый, неиспользованный
Оборудование должно быть закреплено на уровне подвесного потолка высотой около 3,2 метра (общая высота операционных около 4 метров, окончательные размеры будут скорректированы после окончательной постройки операционных) В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и акссесуары для полноценной работы оборудования (например, крепления операционного света к потолку, инструкции пользователя, автоклавируемые рукоятки - 4шт и т.д.) Гарантия : 24 месяца

					Сертификаты качества (наличие) ИСО 13485 CE Mark (Directive 93/42/ЕЕС)
--	--	--	--	--	--