ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Emed Էլեկտրավիրաբուժական սարք	Emed	Spectrum	Emed poland	Էլեկտրաբուժական սարք 400 Վտ Բարձր հաճախականության էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար՝ 400 Վտ 300 Ω-ի համար Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ 200 Վտ 300 Ω-ի համար Առավելագույն

					ելք երկբևեռ կտրման ռեժիմ՝ `400 Վտ 200 Ω-ի համար Առավելագույն ելք երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 120 Վտ 300 Ω-ի համար Ունի 9 միաբևեռ կտրվածք, 10 միաբևեռ կոագուլացիա , 5 երկբևեռ կտրվածք և 6 երկբևեռ կոագուլացիա Միաբևեռ կտրվածք Ունի մաքուր կտրվածք, խառնուրդ 1,2,3 Միաբևեռ կոագուլացիա Ունի կոնտակտ, ցողացիր միաբևեռ կոագուլացիա, նուրբ և ուժեղացված կոագուլացիա Երկբևեռ կտրվածք Ունի երկբևեռ մաքուր կտրվածք Երկբևեռ կոագուլացիա Ունի մաքուր երկբևեռ կոագուլացիա Ակտիվացում Ունի երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար, բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ Ունի երկբևեռ ունելի, ոտնակ (ձեռքի ռեժիմ) Վերահսկում Միկրոպրոցեսորների կառավարման համակարգ, բոլոր պարամետրերի շարունակական մոնիտորինգ Էներգիայի ավտոմատ կարգավորում, գործիքների ավտոմատ ճանաչում, կառավարումը հպումային LED 10

					դույմ էկրանի միջոցով Կարգավորումներ Պարամետրերի կարգավորումներն առջևի վահանակի վրա Հիշողություն. Օգտվողը կարողանում է օգտագործել 105 հիշողություն Անվտանգություն Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա և NEM (Չեզոք էլեկտրոդի մոնիտորինգ) և REM (հակադարձ էլեկտրոդի հսկողություն)՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տագնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ Գեներատոր Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության 333 Հց գեներատոր Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա ոչ ավելի քան 8μA Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2, IEC 60601-2-27, EN 1789:2007+A1:2010 Սնուցում՝ 220

					Վ, 50/60 Հց Պարագաներ Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդ (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի էլեկտրոդ (5 հատ) 10 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x2, գնդակ x2, օղակ x2, ասեղ x2, ասեղ անկյունով x2: Ունելին ապահովված է ստանդարտ միացուցիչներով Ուղիղ ունելի 12 սմ 0,5 վերջույթով Անկյունային ունելի 12, սմ 0,5 վերջույթով Անկյունային ունելի 18սմ 1,0 վերջույթով Ուղիղ ունելի 18 սմ 1,0 վերջույթով Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելիային մալուխ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի

					վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Emed Էլեկտրավիր աբուժական սարք	Emed	Spectrum	Emed poland	Էլեկտրաբուժական սարք 400 Վտ Բարձր հաճախականության էլեկտրավիրաբուժական սարք, որը տարբեր ոլորտներում օգտագործվում է միաբևեռ և երկբևեռ վիրաբուժություն իրականացնելու համար, որտեղ անհրաժեշտ է բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ մաքուր կտրման ռեժիմի համար՝ 400 Վտ 300 Ω-ի համար Առավելագույն ելքային հզորություն միաբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ 200 Վտ 300 Ω-ի համար Առավելագույն

					ելք երկբևեռ կտրման ռեժիմ՝ `400 Վտ 200 Ω-ի համար Առավելագույն ելք երկբևեռ կոագուլացիայի ռեժիմ՝ 120 Վտ 300 Ω-ի համար Ունի 9 միաբևեռ կտրվածք, 10 միաբևեռ կոագուլացիա , 5 երկբևեռ կտրվածք և 6 երկբևեռ կոագուլացիա Միաբևեռ կտրվածք Ունի մաքուր կտրվածք, խառնուրդ 1,2,3 Միաբևեռ կոագուլացիա Ունի կոնտակտ, ցողացիր միաբևեռ կոագուլացիա, նուրբ և ուժեղացված կոագուլացիա Երկբևեռ կտրվածք Ունի երկբևեռ մաքուր կտրվածք Երկբևեռ կոագուլացիա Ունի մաքուր երկբևեռ կոագուլացիա Ակտիվացում Ունի երկթաթային ոտնակ՝ միաբևեռ կտրման և միաբևեռ կոագուլացիայի համար, բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ Ունի երկբևեռ ունելի, ոտնակ (ձեռքի ռեժիմ) Վերահսկում Միկրոպրոցեսորների կառավարման համակարգ, բոլոր պարամետրերի շարունակական մոնիտորինգ Էներգիայի ավտոմատ կարգավորում, գործիքների ավտոմատ ճանաչում, կառավարումը հպումային LED 10

					դույմ էկրանի միջոցով Կարգավորումներ Պարամետրերի կարգավորումներն առջևի վահանակի վրա Հիշողություն. Օգտվողը կարողանում է օգտագործել 105 հիշողություն Անվտանգություն Չեզոք էլեկտրոդի անվտանգության շղթա և NEM (Չեզոք էլեկտրոդի մոնիտորինգ) և REM (հակադարձ էլեկտրոդի հսկողություն)՝ վերահսկում է հիվանդի և չեզոք էլեկտրոդի միջև շփման տարածքի չափը Վատ կոնտակտը ծանուցվում է տեսողական և ձայնային տագնապով և ուժի անհապաղ նվազեցմամբ Գեներատոր Ազատ տատանիչների սկզբունքի համաձայն աշխատող բարձր հաճախականության 333 Հց գեներատոր Դասակարգում և տեսակ. I - CF - արտահոսք հիվանդի վրա ոչ ավելի քան 8μA Ելքային շղթա. Լողացող - պաշտպանված դեֆիբրիլյատորային միջամտություններից: HF արտահոսքը համաձայն IEC 60601-2-2, IEC 60601-2-27, EN 1789:2007+A1:2010 Սնուցում՝ 220

					Վ, 50/60 Հց Պարագաներ Բազմակի օգտագործման երկկոճակ բռնակ Միաբևեռ բռնակ և մալուխ, 1 հատ Երկթաթային ոտնակ, մեկթաթային ոտնակ Սիլիկոնային չեզոք էլեկտրոդ (1 հատ), միանգամյա օգտագործման խնամյալի էլեկտրոդ (5 հատ) 10 էլեկտրոդի հավաքածու՝ դանակ x2, գնդակ x2, օղակ x2, ասեղ x2, ասեղ անկյունով x2: Ունելին ապահովված է ստանդարտ միացուցիչներով Ուղիղ ունելի 12 սմ 0,5 վերջույթով Անկյունային ունելի 12, սմ 0,5 վերջույթով Անկյունային ունելի 18սմ 1,0 վերջույթով Ուղիղ ունելի 18 սմ 1,0 վերջույթով Բազմակի օգտագործման երկբևեռ ունելիային մալուխ Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 24 ամիս Որակի

					վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)