

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլեն Ավետյան Գևորգի ԱԶ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	GASTROSCOPY FULL SET	Shanghai Shiyin Photoelectric Instrument Co.,LTD	GASTROSCOPY FULL SET	Shanghai Shiyin Photoelectric Instrument Co.,LTD	Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ Լույսի աղբյուր /LLS2600/ Պետք է ունենա պայծառության ձեռքի և ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն Հիմնական լամպի և պահեստային լամպի առկայություն Հիմնական լամպը LED, LED լամպի հզորությունը համարժեք քսենոն լամպի 175 W-ին, Պահեստային լամպը LED , LED լամպի հզորությունը համարժեք քսենոն լամպի դեպքում 175 W, Ունենի պահեստային լամպին ավտոմատ կերպով անցնելու գործառույթ

առանց բժշկական անձնակազմի մասնակցության՝ հիմնական լամպի փչանալու դեպքում Լույսի ելքի կետի տրամագիծը՝ 5 մմ Լամպի կյանքի տևողությունը՝ LED լամպի դեպքում 35000 ժամ Լուսավորության ավտոմատ կառավարման գործառույթի առկայություն Բնենա Էնդոսկոպի ճանաչման գործառույթ Պետք է ունենա օդային պոմպի միակցիչ Տեսանյութերի պրոցեսոր /VEP2600/ HD վիդեո պրոցեսոր Պետք է ունենա բարձր հստակության տեսանյութ Պետք է լինի ադմուկի նվազեցում և պատկերի բարելավում Պետք է լինի պայծառության ավտոմատ հավասարեցում Պետք է ունենա Էնդոսկոպի նույնականացում Մուտքային և ելքային պորտեր (ոչ պակաս քան) Տեսանյութի ելք. DVI, SDI, S-video Ուղի վերանջատիչ պորտ Ethernet ցանցի պորտ USB պորտ Լույսի աղբյուրի հաղորդակցման պորտ Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1280x720 Ունենա սպիտակ հավասարակշռության հիշողություն Ունենա սպիտակ ավտոմատ

հավասարակշռություն Գույնի տոնայնության ճշգրտում Պետք է ունենա ոչ պակաս քան կարմիր և կապույտ տոնայնությունների ճշգրտում Պետք է ունենա IRIS գործառույթ Պետք է ունենա ոչ պակաս քան x1.8 պատկերի մեծացման հնարավորություն Պատկերի սառեցում / պահեստավորում Մեթոդներ. հեռակառավորման կոճակ, ստեղնաշար կամ ոտնակ Դիսփլեյ ցուցադրման ռեժիմ` ստանդարտներ / ամբողջական Էկրան Գունային Էկրան. Միացնել / անջատել Պատկերները և տեսանյութերը USB կրիչում պահելու հնարավորություն Գաստրոսկոպ /GVE2600/ Աշխատանքային երկարությունը` 1050 մմ Ընդհանուր երկարությունը` 1350 մմ Դիստավ վերջույթի տրամագիծը` ոչ ավելի քան 9,6 մմ Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը` 9,8 մմ Դաշտի խորությունը` 3-100 մմ, շեղումը` ոչ ավելի քան 10% Գործիքային անցքի տրամագիծը` ոչ պակաս քան 2.8 մմ, շեղումը` ոչ ավելի քան 10% Դաշտի

տեսարան՝ 145օ Վերջույթի շեղում.
Վերև/ներք՝ 120օ/90օ Ձախ/աջ՝
100օ/100օ Կոլոնսկոպ /CVE2600/
Աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ
պակաս քան 1650 մմ Ընդհանուր
երկարությունը՝ 1950 մմ Դիստալ
վերջույթի տրամագիծը՝ 12,8 մմ
Ներդիրի հատվածի առավելագույն
արտաքին տրամագիծը՝ 12,8 մմ
Դաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ,
շեղումը՝ 10% Գործիքային անցքի
տրամագիծը՝ 3,7-3,8 մմ տիրույթում
Գործիքային անցքի դիտման
նվազագույն հեռավորությունը՝ 3 մմ
Դաշտի տեսարան՝ 140օ Վերջույթի
շեղում. Վերև/ներք՝ ոչ պակաս քան
180օ/180օ Ձախ/աջ՝ ոչ պակաս քան
160օ/160օ Այլ պարագաներ. Պետք է
լինի անիվներով շարժական սայլակ
անհրաժեշտ մասերով / TLY2600/
Պետք է ունենա հատուկ բժշկական
մոնիտոր՝ 24" /MNT2600/
Հերմետիկության ստուգիչի
առկայություն Այլ պայմաններ Ոչ
պակաս քան 24 ամիս երաշխիք
ամբողջ համակարգի Մոնտաժային
մալուխների առկայություն
անհրաժեշտ համակարգի
տեղադրման համար Տեղադրման

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

աշխատանքների կատարում
մասնագետի կողմից
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
մասնագետի կողմից Օգտագործման
ծեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն
կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է
լինի նոր, չօգտագործված Ապրանքը
պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ
քան մատակարարման օրվանից 12
մի ամիս առաջինը կամ 12
ամսվա ընթացքում Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ
տեխնիկական սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ
են լիարժեք գործունեության համար
Որակի վկայականներ
(առկայություն) ISO13485 FDA

Элен Аветян Геворг частный предприниматель (ЧП) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом
ՀՀ ԱՆ ԲԱԶԱՊԻՐ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
4					