

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլեն Ավետյան Գևորգի ԱԶ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	GASTROSCOPY FULL SET	Shanghai Shiyin Photoelectric Instrument Co.,LTD	GASTROSCOPY FULL SET	Shanghai Shiyin Photoelectric Instrument Co.,LTD	Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ Լույսի աղբյուր /LLS2600/ Պետք է ունենա պայծառության ձեռքի և ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն Հիմնական լամպի և պահեստային լամպի առկայություն Հիմնական լամպը LED, LED լամպի հզորությունը համարժեք քսենոն լամպի 175 W-ին, Պահեստային լամպը LED , LED լամպի հզորությունը համարժեք քսենոն լամպի դեպքում 175 W, Ունենի պահեստային լամպին ավտոմատ կերպով անցնելու գործառույթ

առանց բժշկական անձնակազմի մասնակցության՝ հիմնական լամպի փչանալու դեպքում Լույսի ելքի կետի տրամագիծը՝ 5 մմ Լամպի կյանքի տևողությունը՝ LED լամպի դեպքում 35000 ժամ Լուսավորության ավտոմատ կառավարման գործառույթի առկայություն Բնենա Էնդոսկոպի ճանաչման գործառույթ Պետք է ունենա օդային պոմպի միակցիչ Տեսանյութերի պրոցեսոր /VEP2600/ HD վիդեո պրոցեսոր Պետք է ունենա բարձր հստակության տեսանյութ Պետք է լինի ադմուկի նվազեցում և պատկերի բարելավում Պետք է լինի պայծառության ավտոմատ հավասարեցում Պետք է ունենա Էնդոսկոպի նույնականացում Մուտքային և ելքային պորտեր (ոչ պակաս քան) Տեսանյութի ելք. DVI, SDI, S-video Ուղի վերանջատիչ պորտ Ethernet ցանցի պորտ USB պորտ Լույսի աղբյուրի հաղորդակցման պորտ Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1280x720 Ունենա սպիտակ հավասարակշռության հիշողություն Ունենա սպիտակ ավտոմատ

հավասարակշռություն Գույնի տոնայնության ճշգրտում Պետք է ունենա ոչ պակաս քան կարմիր և կապույտ տոնայնությունների ճշգրտում Պետք է ունենա IRIS գործառույթ Պետք է ունենա ոչ պակաս քան x1.8 պատկերի մեծացման հնարավորություն Պատկերի սառեցում / պահեստավորում Մեթոդներ. հեռակառավորման կոճակ, ստեղնաշար կամ ոտնակ Դիսփլեյ ցուցադրման ռեժիմ` ստանդարտներ / ամբողջական Էկրան Գուևային Էկրան. Միացնել / անջատել Պատկերները և տեսանյութերը USB կրիչում պահելու հնարավորություն Գաստրոսկոպ /GVE2600/ Աշխատանքային երկարությունը` 1050 մմ Ընդհանուր երկարությունը` 1350 մմ Դիստավ վերջույթի տրամագիծը` ոչ ավելի քան 9,6 մմ Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը` 9,8 մմ Դաշտի խորությունը` 3-100 մմ, շեղումը` ոչ ավելի քան 10% Գործիքային անցքի տրամագիծը` ոչ պակաս քան 2.8 մմ, շեղումը` ոչ ավելի քան 10% Դաշտի

տեսարան՝ 145օ Վերջույթի շեղում.  
Վերև/ներք՝ 120օ/90օ Ձախ/աջ՝  
100օ/100օ Կոլոնսկոպ /CVE2600/  
Աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ  
պակաս քան 1650 մմ Ընդհանուր  
երկարությունը՝ 1950 մմ Դիստալ  
վերջույթի տրամագիծը՝ 12,8 մմ  
Ներդիրի հատվածի առավելագույն  
արտաքին տրամագիծը՝ 12,8 մմ  
Դաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ,  
շեղումը՝ 10% Գործիքային անցքի  
տրամագիծը՝ 3,7-3,8 մմ տիրույթում  
Գործիքային անցքի դիտման  
նվազագույն հեռավորությունը՝ 3 մմ  
Դաշտի տեսարան՝ 140օ Վերջույթի  
շեղում. Վերև/ներք՝ ոչ պակաս քան  
180օ/180օ Ձախ/աջ՝ ոչ պակաս քան  
160օ/160օ Այլ պարագաներ. Պետք է  
լինի անիվներով շարժական սայլակ  
անհրաժեշտ մասերով / TLY2600/  
Պետք է ունենա հատուկ բժշկական  
մոնիտոր՝ 24" /MNT2600/  
Հերմետիկության ստուգիչի  
առկայություն Այլ պայմաններ Ոչ  
պակաս քան 24 ամիս երաշխիք  
ամբողջ համակարգի Մոնտաժային  
մալուխների առկայություն  
անհրաժեշտ համակարգի  
տեղադրման համար Տեղադրման

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

աշխատանքների կատարում  
մասնագետի կողմից  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
մասնագետի կողմից Օգտագործման  
ծեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն  
կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է  
լինի նոր, չօգտագործված Ապրանքը  
պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ  
քան մատակարարման օրվանից 12  
մս. Էլեկտրոնային աուկցիոնի կոդով  
ախտակազմի կողմից Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
տեխնիկական սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Որակի վկայականներ  
(առկայություն) ISO13485 FDA

Элен Аветян Геворг частный предприниматель (ЧП) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  
ՀՀ ԱՆ ԷԱԶԱՊԶԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
4					