ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլեն Ավետյան Գևորգի ԱՁ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	AR-5004 Coagulation Analyzer	ARI Medical Technology Co., Ltd.	AR-5004 Coagulation Analyzer,	ARI Medical Technology Co., Ltd.	Կոագուլոմետր կիսաավտոմատ Հետազոտման հնարավոր պարամետրները՝ PT (%, INR, Ratio), APTT, TT, FIB, Protein C, Protein S, Lupus anticoagulant Factors՝ VII, VIII, IX, X. Բոլոր տեսակի ռեակտիվներով աշխատելու հնարավորությամբ (բաց համակարգ) Չափման խցիկ՝ 4 անկախ չափման խցիկ Թերմոստատ՝ 37°C± 0,5°C , 15 տեղ նմուշի համար և 2 տեղ ռեագենտների համար Հետազոտության ավտոմատ ստարտի հնարավորություն 4'' գունավոր հպումային LCD

					Համապատասխան միկրոպիպետի առկայություն Տվյալների արտահանում/ներմուծում՝ USBx2, տպիչին, գծիկավոր կոդ կամ QR կոդ կարդացող սարքի, համակարգչին միանալու համար: LIS համակարգին միանալու հնարավորություն Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Մեկնարկի համար 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 FDA

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Элен Аветян Геворг частный предприниматель (ЧП) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					