

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլեն Ավետյան Գևորգի ԱԶ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	BONEHART6, DEF-7000	MINDRAY LLC, ARI Medical Technology Co., Ltd.	BONEHART6, DEF-7000	MINDRAY LLC, ARI Medical Technology Co., Ltd.	Դեֆիբրիլյատոր մոնիտորով Դյուրակիր, թեթև, ավտոմատ արտաքին մարտկոց կամ մարտկոցով աշխատող սարք՝ կյանքի հիմնական աջակցություն պահանջող հիվանդների բուժման համար: Ամբողջ սարքի քաշը՝ առանց մարտկոցների կամ մարտկոցի, հեշտացնում է փոխադրումը: Ընդհանուր չափերը հեշտացնում են պահումը և տեղափոխումը: Սարքի կառուցվածքը նախատեսված է բժշկի գրասենյակում և (կամ) հիվանդանոցում գործնական բնորոշ

պայմաններին դիմակայելու համար:  
Սարքը կարող է դիմակայել շտապօգնության հետ կապված ծանր աշխատանքային պայմաններին: Սարքն անվտանգ է օգտագործման և՛ օպերատորի, և՛ հիվանդի համար Դեֆիբրիլատոր Գործառնական ռեժիմները՝ ձեռքով, AED, պեյսեր, ECG, SpO2 էներգետիկ քայլեր. 1-ից 360 ջոուլ՝ 14 քայլ Բեռնաթափում. 90 հարված 360 ջոուլով 20 ° C ջերմաստիճանում Պետք է ունենա դեֆիբրիլատորի լիցքավորման վերականգնում 5 վայրկյանում համաձայն IEC 60601-2-28- ի Լիցքավորման ժամանակը (կուտակիչը ամբողջությամբ լիցքավորված է). Լիցքավորման ժամանակը մինչև 200 ջոուլ. 6 վայրկյանի ընթացքում՝ նոմինալ հիմնական լարման / DC հիմնական լարման հետ (մարտկոցը 7 վայրկյանի ընթացքում) Լիցքավորման ժամանակը մինչև 360 ջոուլ. 12 վայրկյանի ընթացքում՝ նոմինալ հիմնական լարման / DC հիմնական լարման հետ (մարտկոցը 14 վայրկյանի ընթացքում) Հետաձգման ժամանակը. 60 մվրկ

սինխրոնիզացիայի իմպուլսի և  
Էներգիայի լիցքաթափման միջև  
Պետք է ունենա ԷՍԳ- մոնիտորինգ  
ԷՍԳ մոնիտոր՝ 3/5 Lea Արտածումներ  
I, II, III, aVR, aVL, aVF, շեղբեր,  
բարձիկներ Էկրանի չափը՝ 5,7" TFT-  
LCD Էկրան Թողունակությունը՝  
800x600 պիքսել Ֆիլտր՝ միացվող 50  
Հց Գործառույթները՝ Ազդանշանի  
ուժեղացում, սիստոլի ազդանշան,  
սրտի բաբախման զարկերի  
հաճախություն, թիակի  
պաշտպանություն, Էներգետիկ  
աստիճան, մարտկոցի հզորություն,  
սրտի տազնապի  
սահմանափակումներ Տազնապ.  
փոփոխական՝ բարձր և ցածր սրտի  
բաբախների համար Պուլս-  
օքսիմետրիա - մոդուլ: Ինդիկացիոն  
ցուցանիշի սահմանը. 100-ից 0%  
Ստուգաչափման միջակայքը. 100-ից  
50% Չափման ճշգրտություն՝ SpO2  
Մեծահասակները՝ 100-ից 70% ± 2  
սի, 69-ից 50% ± 3 սի  
Գործառնական ռեժիմ՝  
շարունակական Իրականացման  
Ժամանակը՝ 2 վրկ Պետք է ունենա  
տպիչ Տպիչի տեսակը. Ջերմային  
փոխանցման գլխիկ, 1-ալիքային

Թողունակությունը՝ 8 բիթ / 200 կետ/  
դույմ Գործառնական ռեժիմներ.  
Ավտոմատ տպում (պրոտոկոլային  
տպագրություն, որը ցույց է տալիս 5  
վրկ. առաջ դեպքերը  
դեֆիբրիլյացիայից առաջ և 5 վրկ.  
հետո) ԷՍԳ տպագրություն (EKG  
առցանց պրոտոկոլային  
տպագրություն) 1/3 ալիքային  
տպագիր, 4 ալիքային ձևաչափ  
Անվտանգություն՝ Դասակարգում.  
Պաշտպանության տեսակ II, տեսակ  
BF, բժշկական սարքի դաս 2b  
Էլեկտրոսնուցումը՝ 220Վոլտ/50Հց և  
փոփոխվող մարտկոցով Փոփոխվող  
մարտկոց. ՝ 12 վոլտ 2500mAh, Li-ion  
մարտկոց կամ համարժեք մարտկոց  
Քաշը՝ 8 կգ Լրակազմ և  
պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը պետք է լինի Նոր,  
չօգտագործված Լրակազմը  
Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ  
են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը ՝ 24 ամիս Որակի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ****предлагаемого товара**

Элен Аветян Геворг частный предприниматель (ЧП) в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԲԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23					