

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ Վտ Combo-3	Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ Վտ Combo-3	Combo-3	Endomed	"Տեսագաստրոսկոպ և տեսակոլոնոսկոպ Լույսի աղբյուր Պետք է ունենա պայծառության ձեռքի և ավտոմատ կարգավորման հնարավորություն Հիմնական լամպի և պահեստային լամպի առկայություն Հիմնական լամպը LED կամ քսենոն, լամպի հզորությունը քսենոն լամպի դեպքում՝ ոչ պակաս քան 175 W, LED լամպի դեպքում՝ դրան համարժեք Պահեստային լամպը LED կամ քսենոն, լամպի հզորությունը քսենոն լամպի դեպքում՝ ոչ պակաս քան 175 W, LED լամպի դեպքում՝ դրան

համարժեք Պետք է ունենա պահեստային լամպին ավտոմատ կերպով անցնելու գործառույթ առանց բժշկական անձնակազմի մասնակցության՝ հիմնական լամպի փչանալու դեպքում Լույսի ելքի կետի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 5 մմ

Լամպի կյանքի տևողությունը՝ քսենոն լամպի դեպքում ոչ պակաս քան 500 ժամ, LED լամպի դեպքում ոչ պակաս քան 10000 ժամ

Լուսավորության ավտոմատ կառավարման գործառույթի առկայություն

Պետք է ունենա Էներգոսպի ճանաչման գործառույթ

Պետք է ունենա օդային պոմպի միակցիչ Տեսանյութերի պրոցեսոր Ոչ պակաս քան HD վիդեո պրոցեսոր

Պետք է ունենա բարձր հստակության տեսանյութ Պետք է լինի աղմուկի նվազեցում և պատկերի բարելավում Պետք է լինի պայծառության ավտոմատ հավասարեցում Պետք է ունենա Էներգոսպի նույնականացում Մուտքային և ելքային պորտեր (ոչ պակաս քան) Տեսանյութի ելք. DVI, SDI, S-video Ուղի վերանջատիչ պորտ Ethernet ցանցի պորտ USB

պորտ Լույսի աղբյուրի
հաղորդակցման պորտ
Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան
1280x720 Ունենա սպիտակ
հավասարակշռության հիշողություն
Ունենա սպիտակ ավտոմատ
հավասարակշռություն Գույնի
տոնայնության ճշգրտում Պետք է
ունենա ոչ պակաս քան կարմիր և
կապույտ տոնայնությունների
ճշգրտում Պետք է ունենա IRIS
գործառույթ Պետք է ունենա ոչ
պակաս քան x1.8 պատկերի
մեծացման հնարավորություն
Պատկերի սառեցում /
պահեստավորում Մեթոդներ.
հեռակառավորման կոճակ,
ստեղնաշար կամ ոտնակ Դիսփլեյ
ցուցադրման ռեժիմ՝
ստանդարտներ / ամբողջական
Էկրան Գունային Էկրան. Միացնել /
անջատել Պատկերները և
տեսանյութերը USB կրիչում պահելու
հնարավորություն Գաստրոսկոպ
Աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ
պակաս քան 1050 մմ Ընդհանուր
երկարությունը՝ ոչ պակաս քան
1350 մմ Դիստալ վերջույթի
տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 9,6 մմ

Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 9,8 մմ Դաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 10% Գործիքային անցքի տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2.8 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 10% Դաշտի տեսարան՝ ոչ պակաս քան 140o Վերջույթի շեղում. Վերև/Ներք՝ ոչ պակաս քան 120o/90o Ձախ/աջ՝ ոչ պակաս քան 100o/100o Կոլոնոսկոպ Աշխատանքային երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1650 մմ Ընդհանուր երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 1950 մմ Դիստալ վերջույթի տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 12,8 մմ Ներդիրի հատվածի առավելագույն արտաքին տրամագիծը՝ ոչ ավելի քան 12,8 մմ Դաշտի խորությունը՝ 3-100 մմ, շեղումը՝ ոչ ավելի քան 10% Գործիքային անցքի տրամագիծը՝ 3,7-3,8 մմ տիրույթում Գործիքային անցքի դիտման նվազագույն հեռավորությունը՝ ոչ ավելի քան 3 մմ Դաշտի տեսարան՝ ոչ պակաս քան 140o Վերջույթի շեղում. Վերև/Ներք՝ ոչ պակաս քան 180o/180o Ձախ/աջ՝ ոչ պակաս քան 160o/160o Այլ պարագաներ. Պետք է

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << 00 LUGU 02P-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

լինի անիվներով շարժական սայլակ անհրաժեշտ մասերով Պետք է ունենա հատուկ բժշկական մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 24"՝ Հերմետիկության ստուգիչի առկայություն Այլ պայմաններ Ոչ պակաս քան 24 ամիս երաշխիք ամբողջ համակարգի Մոնտաժային մաունտների արկայություն անհրաժեշտ համակարգի

տեղադրման համար Տեղադրման աշխատանքների կատարումը տեխնիկական հատկությունները մասնագետի կողմից

Աշխատակազմի ուսուցում տեղում մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Ապրանքը պետք է լինի արտադրված ոչ ուշ քան մատակարարման օրվանից 12 ամսվա ընթացքում Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք

Номер лота
4

фирменное наименование

товарный знак

Предлагаемый товар
марка

наименование производителя

