

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի                     |  |         |                     |  |
|-----------------|--|--|---------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը                     | ապրանքային նշանը                       | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 25              | սարքեր — գործիքներ ներարկման համար uSP | սարքեր — գործիքներ ներարկման համար uSP | uSP     | Mindray             | "Ավտոմատ ներարկիչ Ներարկիչի պարենտերալ ինֆուզիաների դրայվեր` հիվանդասենյակներում, վիրահատարաններում, ինտենսիվ թերապիայի սրահներում և հիվանդի տեղափոխման ժամանակ Մեկ կանալանի և այն կարող է ընդունել մինչև 60cc ներարկիչ Սարքի աշխատունակության ինքնաստուգում սարքի միացումից անմիջապես հետո, սխալի առկայության դեպքում սարքը տալիս է ձայնային ազդանշան Հեղուկներին դիմացկուն դիզայն` ABS պատյան (հարվածադիմացկուն) |

Հոսքի արագությունը ոչ պակաս քան 0,1-ից 1200 մլ / ժամ միջակայքում Հոսքի արագության աճ` ոչ ավելի քան 0,1 մլ / ժամ Ներարկման ընդհանուր ծավալը` ոչ պակաս քան 0,1-ից 1000 մլ միջակայքում ժամանակի լիմիտը` ոչ պակաս քան 1 րոպեից մինչև 99 ժ տիրույթում Ներարկիչներ (տարբեր արտադրողների)` 5 ից 60 մլ, Ճշգրտություն (սախատեսված ներարկիչներ):  $\pm 2\%$  Խցանման ճնշումը` կարգավորելի KVO` կարգավորելի E` 1 մլ / ժամից մինչև 10 մլ / ժամ Բոլուս` կարգավորելի ոչ պակաս քան 0,1-ից 999 մլ / ժամ տիրույթում Տազնապային ազդանշանային / անվտանգության տալիս E հետևյալ դեպքերում. խցանում, ինֆուզիոն ավարտված E, ցածր մարտկոց ծրագրավորման սխալ, ներարկիչի սխալ դիրքավորում, ամրացման սխալ Ներարկիչի ծավալի ավտոմատ ճանաչելիություն Հոսանքի արտահոսքի պաշտպանություն (սարքավորումների տեսակը CF) Պաշտպանություն Էլեկտրական հարումներից (II դասի

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>սարքավորում) Կապ ինտերֆեյս.<br/>RS232C Էլեկտրականություն<br/>Էլեկտրական II դաս Ներքին<br/>լիցքավորվող մարտկոց Մարտկոցով<br/>աշխատանքը ոչ պակաս քան երեք<br/>ժամ 5 մլ / ժամ դեպքում Սնուցումը`<br/>220 Վ / 50 Հց Լրակազմ և<br/>պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ<br/>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում<br/>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն<br/>կամ ռուսերեն Սարքավորումը պետք<br/>է լինի նոր, չօգտագործված<br/>Լրակազմում ներառված են բոլոր<br/>անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և<br/>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ<br/>են լիարժեք գործունեության համար<br/>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս<br/>Որակի վկայականներ<br/>(առկայություն) ISO13485 կամ<br/>համարժեք CE Mark (Directive<br/>93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք<br/>"</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 UJ EYXU72P-2023/33  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 25         |                        |               |       |                            |                            |